

2604

2

Testeo General del Equipo		ELGA		VEOLIA		Servicio N°:	
						042787	

Cliente:	Suras Medical Colombia			Modelo:	MP 60		Fecha:	4/3/26	
Contacto:				N° Serie:	MP 00005025		Diagnostica:	P2610	
Dirección:				Tanque:			S1:	26000003	
Sector:	Laboratorio Central (2do piso)			N° Serie:			Remito:		
Tipo Serv:	Atención y Servicio						SVO:		

Vencimiento de Consumibles		LC		LC		LC		LC	
LC 124		LC 136		LC 105		LC 109		LC 109	
RO CICLOS		1456		VOL TOTAL		175456			

Relevamiento de Datos		SI		NO		N/A	
Cloro libre Alimentación:	0.70	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐	
Conductividad alimentación:	243	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐	
Tensión alimentación:	220	V	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐	
Tensión fuente de alimentación:	24	V	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐	
Tensión Bomba Recirculación:	1	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐	
Tensión EDI	1	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐	
Presión alimentación:	2.2	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐	
Presión bomba de alta:	2.2	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐	
Presión Loop:	4.12	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐	
Conductividad RO:	4	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐	
Conductividad Loop:	0.007	uS/cm	Consumo bomba de alta:	1			
Caudal permeado:	4.0	U/min	Consumo bomba de Recirculación	1			
Caudal Loop:	OK	U/min	Temperatura	24.8			
Caudal concentrado:	OK	U/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	1			

Recomendaciones

Se realiza servicio mensual + 3 meses de garantía para repuestos y piezas.

Se recomienda cambio de alimentación.

Se recomienda RO.

Se recomienda LC 136, LC 105 y LC 109.

Se recomienda 1 litro de agua.

Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	Material	☒		☐			☐		☐
1	LC 136	☒		☐			☐		☐
1	LC 105	☒		☐			☐		☐
1	LC 109	☒		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio:		P. 10:00							
Firma Técnico:									
Firma Cliente:									

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados	Aclaración: Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados
--	--



Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stock.elga@veolia.com