

Realizado por CMA - ING. CLINICA  
Melina Montalto - Enrique Despaigne

Registro test

TEST CORRECTO

| Test realizado |                                         | Componentes utilizados del Ansur |                |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Fecha:         | 10/4/2024                               | Ansur                            | Versión 2.9.7  |
| Registro:      | IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr | 'Plug-In': ESA620                | Versión 1.1.11 |
| Plantilla:     | IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt |                                  |                |

Configuración test

Selecciones

| Pruebas de servicio realizadas | Normas realizadas |
|--------------------------------|-------------------|
|                                | IEC 62353 (CL1)   |

Equipo bajo test

|                |             |           |                              |
|----------------|-------------|-----------|------------------------------|
| Serial number  | 24084       | Type      | Centrifuga                   |
| Appliance code |             | Model     | DCA-300-RVT                  |
| Group          | Laboratorio | Location  | Catamarca 1242 - Laboratorio |
| Status         | MT          | Address 1 | 2 Piso                       |
| Manufacturer   | Presvac     | Address 2 |                              |

Datos MTI

| Instrumento de test | Número de serie | Versión Firmware |
|---------------------|-----------------|------------------|
| ESA 620             | 2982052         | v2.10            |

Firmas

Resultado test

| Elemento de test                        |         | Tipo de test                                       |                   |              | Fall<br>o       |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| IEC 62353 Alternative Leakage - Class I |         | Auto Sequence                                      |                   |              |                 |
| Mains Voltage                           |         | Mains Voltage                                      |                   |              |                 |
| Live to Neutral                         |         | Mains Voltage<br>Live to Neutral                   |                   |              |                 |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad                                             | Lim.superior<br>r | Lim.inferior | Standard        |
| Live to Neutral                         | 223,5   | V                                                  |                   |              | IEC 62353 (CL1) |
| Neutral to Earth                        |         | Mains Voltage<br>Neutral to Earth                  |                   |              |                 |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad                                             | Lim.superior<br>r | Lim.inferior | Standard        |
| Neutral to Earth                        | 223,5   | V                                                  |                   |              | IEC 62353 (CL1) |
| Live to Earth                           |         | Mains Voltage<br>Live to Earth                     |                   |              |                 |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad                                             | Lim.superior<br>r | Lim.inferior | Standard        |
| Live to Earth                           | 0,6     | V                                                  |                   |              | IEC 62353 (CL1) |
| Protective Earth Resistance             |         | Protective Earth Resistance                        |                   |              |                 |
| Configuración:<br>Test Current: 200 mA  |         |                                                    |                   |              |                 |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad                                             | Lim.superior<br>r | Lim.inferior | Standard        |
| PE Resistance1                          | 0,079   | Ohm                                                | 0,3               |              | IEC 62353 (CL1) |
| Alternative Equipment Leakage           |         | Alternative Equipment Leakage                      |                   |              |                 |
| Closed Earth                            |         | Alternative Equipment Leakage<br>Closed Earth      |                   |              |                 |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad                                             | Lim.superior<br>r | Lim.inferior | Standard        |
| Closed Earth                            | 37,8    | uAAC                                               | 1000              |              | IEC 62353 (CL1) |
| Open Earth                              |         | Alternative Equipment Leakage<br>Open Earth        |                   |              |                 |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad                                             | Lim.superior<br>r | Lim.inferior | Standard        |
| Open Earth                              | 37,9    | uAAC                                               | 1000              |              | IEC 62353 (CL1) |
| Insulation Resistance                   |         | Insulation Resistance                              |                   |              |                 |
| Configuración:<br>Test Voltage: 500V    |         |                                                    |                   |              |                 |
| Mains to Protective Earth               |         | Insulation Resistance<br>Mains to Protective Earth |                   |              |                 |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad                                             | Lim.superior<br>r | Lim.inferior | Standard        |
| Mains to Protective Earth               | 99999,0 | MOhm                                               |                   |              | IEC 62353 (CL1) |