

HITEC SRL

sensing & control

Dirección de Metrología

Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 18615-2105137

1. – Cliente.

Ferretti Validaciones S.R.L.

Gral. Capdevila 144 - Banfield -
Provincia de Buenos Aires

2. – Fecha de emisión.

08 de Junio de 2021

3. – Determinaciones requeridas.

Calibración en velocidad de aire en un rango de (0...30) m/s y temperatura ambiente.

4. – Identificación del equipo calibrado.

Tipo de equipo: Termoanemómetro
Marca: Alnor
Modelo: AVM 430-A
Número de serie: AVM431314008
Rango: (0...50) m/s
Resolución: 0,01 m/s
Exactitud: $\pm (1 \%Rd + 0,02 \text{ m/s})$

5. – Patrones utilizados.

Tipo de patrón: Anemómetro
Identificación: LMH-229
Marca: TSI
Modelo: 8455-300-1
Número de serie: 70090037
Certificado: 8455-300-1 70090037

Tipo de patrón: Termómetro digital
Identificación: LMH-003
Marca: Omega
Modelo: HH23
Número de serie: T-170879
Certificado: 7690-2007135

6. – Procedimiento.

La calibración se realiza por comparación directa contra un anemómetro calibrado y de exactitud conocida. Siguiendo los lineamientos de la publicación del fabricante "Air Velocity Meter, Model AVM430- Operation and Service Manual", TSI Incorporated Alnor, Part Nro. 1980583 Rev. F.

Certificado N° 18615-2105137

Página 1 de 2

HITEC SRL
sensing & control

Dirección de Metrología

Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar**7. – Calibración.****7.1 – Calibración en velocidad de aire**

N° de medición	Valor de Referencia ¹ m/s	Indicación ¹ m/s	U (K=2) m/s
1	0,000	0,00	0,01
2	0,187	0,18	0,01
3	0,335	0,33	0,01
4	0,502	0,49	0,02
5	0,786	0,78	0,02
6	1,662	1,63	0,04
7	3,781	3,69	0,09
8	6,511	6,32	0,17
9	7,95	7,74	0,21
10	11,66	11,47	0,28
11	22,70	22,33	0,60
12	29,10	28,62	0,95

7.2 – Calibración en temperatura

N° de medición	Valor de Referencia °C	Indicación °C	U (K=2) °C
1	21,0	21,2	0,3

8. – Observaciones.¹ Resulta de un promedio de 5 (cinco) lecturas realizadas.

Las mediciones fueron realizadas el día 29 de Mayo de 2021 en instalaciones de la Dirección de Metrología de Hitec S.R.L.

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI u otro instituto nacional de metrología según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones y corresponden exclusivamente a los objetos calibrados. El presente certificado no debe ser reproducido en forma parcial sin la aprobación por escrito de HITEC S.R.L. HITEC S.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios derivados por el uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido que se hiciere de este certificado.

El usuario es responsable de la calibración del objeto a intervalos apropiados.

ALEJANDRO M. CASTRO
Director Técnico Suplente
Dirección De Metrología
HITEC S.R.L.