

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00039342					
Cliente: <i>SWISS MEDICAL</i>		Fecha: <i>12/3/21</i>							
Contacto:		Modelo: <i>MP60</i>		Diagnostica: <i>NC</i>					
Dirección: <i>CATA MARCA 1242</i>		N° Serie: <i>MP000050</i>		S1:					
Sector: <i>LABORATORIO 2º PISO</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>MEMBRANA</i>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC	LC	LC	LC	LC	LC				
RO CICLOS		<i>6055</i>		VOL TOTAL <i>152681</i>					
Relevamiento de Datos				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:		☒	☐	☐			
Conductividad alimentación:	<i>307</i> uS/cm	Filtro Malla alimentación:		☒	☐	☐			
Tensión alimentación:	<i>220</i> v	Filtro Malla Loop solo		☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación:	<i>27</i> v	Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐	☐			
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐	☐			
Presión alimentación:	<i>2.2</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		☐	☐	☐			
Presión bomba de alta:	<i>5-9</i> Bar	Drenaje optimo para el equipo:		☐	☐	☐			
Presión Loop:	<i>1.15</i> Bar	El cliente requiere cambio en la program		☐	☒	☐			
Conductividad RO:	<i>11</i> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado		☐	☐	☐			
Conductividad Loop:	<i>0.070</i> uS/cm	Consumo bomba de alta:				A			
Caudal permeado:	<i>1</i> L/min	Consumo bomba de Recirculación				A			
Caudal Loop:	L/min	Temperatura				v			
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				uS/cm			
Recomendaciones									
<i>- SE RECOMIENDA MA MANTENIMIENTO MEMBRANA</i>									
<i>- SE CONTINUAR PARAMETROS Y PROS. 3 MESES</i>									
<i>3.-</i>									
<i>- SE CAMBIA LA MEMBRANA DE ALIMENTACIÓN Y LA RECIRCULACIÓN</i>									
<i>- SE CAMBIA LA RECIRCULACIÓN DE LA 727</i>									
<i>- SE CAMBIA FILTRO DE MESA</i>									
<i>- EQUIPO OPERATIVO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>MEMBRANA</i>	☒		☐			☐		☐
<i>2</i>	<i>RECIRCULACIÓN</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐	Satisfactorio: ☐	Poco Satisfactorio: ☐					
Hora Inicio: <i>15:00</i>		Hora Fin:							
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>		Firma Cliente: <i>[Firma]</i>							
Aclaración: <i>DIMITRIS</i>		Aclaración:							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados  Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				
+54 9 11 3580-5695									
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados									