



Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				043930					
Cliente:		Modelo: M.C.R.B		Fecha: 11/12/25					
Contacto:		N° Serie: M.C00001562		Diagnostica: ABBOTT					
Dirección:		Tanque:		S1:					
Sector:		N° Serie:		Remito:					
Tipo Serv:				SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC	LC	LC		LC					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos				SI	NO				
					N/A				
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☒				
Tensión alimentación:		v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐				
Tensión fuente de alimentación:		v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☒				
Tensión Bomba Recirculación:		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐				
Tensión EDI		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐				
Presión alimentación:		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐				
Presión bomba de alta:		Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐				
Presión Loop:		Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒				
Conductividad RO:		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☒				
Conductividad Loop:		uS/cm	Consumo bomba de alta:		A				
Caudal permeado:		L/min	Consumo bomba de Recirculación	25	V				
Caudal Loop:		L/min	Temperatura		uS/cm				
Caudal concentrado:		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI						
Recomendaciones									
SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
SE CONTROLAN PRESIONES Y PARÁMETROS									
SE CAMBIO MICROFILTRO DE ALIMENTACIÓN									
SE CAMBIO FILTRO CARBON BLOCK									
ZURUPA OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MICROFILTRO	☒		☐			☐		☐
1	CARBON BLOCK	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		☐	Satisfactorio:		☐	Poco Satisfactorio:	
Hora Inicio:		16:10 HS		Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		TOVAGUANO LEONARDO		Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono		+54 9 11 3580-5695		Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas		Escanea y completa todos los datos solicitados			
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					