

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

00040458

Cliente: *Swiss Medical catamarca*

Fecha: *06/06/25*

Contacto:

Modelo: *MP-60*

Diagnostica: *Abbott*

Dirección: *CABA*

N° Serie: *MP00005085*

S1:

Sector: *Laboratorio Piso 2*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *Mensual*

N° Serie:

svo:

Vencimiento de Consumibles

LC *174* *07/25*

LC *136* *09/25*

LC *105* *03/26*

LC *109* *09/25*

RO CICLOS

6241

VOL TOTAL

157916

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación: */* ppm/mV

Filtro de alimentación:

☒ ☐ ☐

Conductividad alimentación: *358* uS/cm

Filtro Malla alimentación:

☒ ☐ ☐

Tensión alimentación: *220* v

Filtro Malla Loop solo

☐ ☐ ☒

Tensión fuente de alimentación: *24* v

Nivel de ruido bomba de alta:

☒ ☐ ☐

Tensión Bomba Recirculación: */* °C

Nivel de ruido bomba de recirculación:

☒ ☐ ☐

Tensión EDI */* °C

Control de cierre de la válvula de alim.:

☒ ☐ ☐

Presión alimentación: *1.5* Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

☒ ☐ ☐

Presión bomba de alta: *6* Bar

Drenaje optimo para el equipo:

☒ ☐ ☐

Presión Loop: *1.14* Bar

El cliente requiere cambio en la program

☐ ☒ ☐

Conductividad RO: *8* uS/cm

Sensor Detencion de perdidas conectado

☒ ☐ ☐

Conductividad Loop: *0.067* uS/cm

Consumo bomba de alta:

A

Caudal permeado: *1.0* L/min

Consumo bomba de Recirculación

A

Caudal Loop: */* L/min

Temperatura

24°C v

Caudal concentrado: */* L/min

Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI

uS/cm

Recomendaciones

Se realiza servicio mensual

Se controlan presiones y presiones

Se cambia microfiltro de Alimentación

Se snitiza RO

3--

3--

Equipo Operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfiltro</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: *14:00*

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

