

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00021618					
Cliente: SWISS CITA MARCA		Fecha: 11/11/2020		Serie: 11120/304					
Contacto:		Tipo: MENSUAL		S1: EQUIPO					
Dirección: CITA MARCA 1242-CABA		svo:		S1 Mat: 433011					
Sector: LAB. CENTRAL - 2° Piso		Remito N°:							
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177 03/21	LC 174 04/21	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109 03/21	LC 136 03/21	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105 03/21	LC 175	LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: ppm/mv		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si	No				
Conductividad alimentación: uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si	No				
Temperatura: 23.8 °C		Consumo bomba de alta:			A				
Tensión alimentación: 220 v		Consumo bomba de Recirculación:			A				
Tensión fuente de alimentación: 24 v		Tensión Bomba Recirculación:			v				
Estado general del filtro de alimentación: Si No		Nivel de ruido bomba de alta:		Si	No				
Presión alimentación: 2 Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si	No				
Presión bomba de alta: 7 Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si	No				
Presión Loop: 1.1 Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si	No				
Conductividad RO: 008 uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:		Si	No				
Conductividad Loop: < 0.067 uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:		Si	No				
Caudal permeado: 02.2 L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si	No				
Caudal Loop: L/min		Caudal concentrado:			L/min				
Recomendaciones									
Se realizó MANTENIMIENTO MENSUAL EN EQUIPO									
Se realizó DESINFECCIÓN RO. SE CONTROLARON									
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTADOS									
GENERALES DE SISTEMA. MICROFILTRO CON VIDA									
UTIL. SISTEMA OPERATIVO.									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: 08:00				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración: CROSO MARCOS				Aclaración: OAC					
Call center Servicio Técnico (único numero para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábados, domingos y feriados 24hs Lunes a Viernes de 18 a 9.00 hs 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				