

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

00032554

Cliente: *SWISS Medical*

Contacto:

Fecha: *13/6/23*

Dirección: *Calle Marica 1242*

Modelo: *MP 60*

Diagnostica: *ABB*

Sector: *Lab Central*

N° Serie: *MP0000 5085*

S1:

Tipo Serv: *Servicio Mensual*

Tanque:

Remito:

N° Serie:

svo:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141

LC 105

LC 177

LC 174

LC 156

LC 160

LC 125

LC 154

LC 109

LC 136

LC 158

LC 140

LC 136

LC 105

LC 175

LC 159

RO CICLOS

9980

VOL TOTAL

121814

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:

ppm/mV

Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:

Si No

Conductividad alimentación:

uS/cm

Filtro Malla Loop solo R15 :

Si No

Temperatura:

°C

Consumo bomba de alta:

A

Tensión alimentación:

V

Consumo bomba de Recirculación:

A

Tensión fuente de alimentación:

V

Tensión Bomba Recirculación:

V

Estado general del filtro de alimentación:

Si

No

Nivel de ruido bomba de alta:

Si No

Presión alimentación:

Bar

Nivel de ruido bomba de recirculación:

Si No

Presión bomba de alta:

Bar

Control de cierre de la válvula de alim.:

Si No

Presión Loop:

Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

Si No

Conductividad RO:

uS/cm

Drenaje optimo para el equipo:

Si No

Conductividad Loop:

uS/cm

El cliente requiere cambio en la programación:

Si No

Caudal permeado:

L/min

Limpia los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:

Si No

Caudal Loop:

L/min

Caudal concentrado:

L/min

Recomendaciones

Se realiza mantenimiento Mensual
Se controla Presión y Permeado
Se sanitiza
Equipo Operando OK

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

Satisfactorio:

Poco Satisfactorio:

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Henry Delina

Call center Servicio Técnico

(Único número para recepción de solicitudes y reclamos)

Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:

stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias

ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.

Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695

(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:

Abono Premium 72hs.

Abono Premium Oro 48hs.