




César Zayas
Optimus
Responsable monotributo
C.u.i.t. 20-17801613-0
Ingr. Brutos 079271-03
Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Eclipse E200
SERIE N°	146468

SERVICIO TECNICO	FECHA: 1-sep-20
DETALLE	
Cenrrdo y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.	
OBSERVACIONES	
Lente del foco presenta marcas leves sin afectar su operatividad. Equipo dentro del rango operativo. Aprobado	
 ZAYAS CÉSAR TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL	
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA: 1-sep-21