

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				045647					
Cliente: <i>9411 med. sat. (Sulomarca)</i>				Fecha: <i>12/12/26</i>					
Contacto:		Modelo: <i>48100</i>		Diagnostica:					
Dirección: <i>Sulomarca 142 - CADA</i>		N° Serie: <i>48000030</i>		S1:					
Sector: <i>Sulomarca 142 - CADA</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv:		N° Serie:		SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC <i>114 12/26</i>	LC <i>136 02/26</i>	LC <i>103 02/27</i>	LC <i>103 02/26</i>						
RO CICLOS <i>7834</i>		VOL TOTAL		<i>200911</i>					
Relevamiento de Datos									
				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: <i>002.81/1032</i>		ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☐			
Conductividad alimentación: <i>301</i>		uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☐			
Tensión alimentación: <i>216</i>		V	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>		V	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación: <i>—</i>		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☐			
Tensión EDI: <i>—</i>		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐			
Presión alimentación: <i>4</i>		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☐	☐	☐			
Presión bomba de alta: <i>6</i>		Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐			
Presión Loop: <i>1.14</i>		Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☐	☐			
Conductividad RO: <i>8</i>		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☐			
Conductividad Loop: <i>0.067</i>		uS/cm	Consumo bomba de alta:	A					
Caudal permeado: <i>1.9</i>		L/min	Consumo bomba de Recirculación	A					
Caudal Loop: <i>—</i>		L/min	Temperatura	16.4 V					
Caudal concentrado: <i>—</i>		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	uS/cm					
Recomendaciones									
<i>- se realiza mantenimiento anual.</i>									
<i>- se reemplaza membranas y bombas.</i>									
<i>- se reemplaza pack de resina 2/4 ha sido el mismo.</i>									
<i>- se cambia malla loop.</i>									
<i>- se cambia carbon block.</i>									
<i>- se cambia BPO.</i>									
<i>- Equipo operativo.</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Carbon block</i>	☐		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>membrana</i>	☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>10:11</i>				Hora Fin: <i>12:11</i>					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente: <i>[Firma]</i>					
Aclaración: <i>Umbro</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					

