

Certific. de sala limpia Informe

SWISS MEDICAL GROUP
CSB SABELLA CFLV CLASE II - A2, #74

Id. del instrumento: Lasair III
 Número de serie: 124738
 Calibrado: 02/07/2025
 Fecha y hora: 20/08/2025 10:40:36

Id. de lote:
 Operador: T.B.
 Sala: SABELLA #74
 Receta: -

Fecha y hora: 20/08/2025 10:37:58

Norma de certificación: **ISO 14644:2015; ISO 5; 0.5 μ m**

Resultados de certificación: **APROBADO**

Plan de muestreo

	Mín.	Plan	Real
Área (m ²)	---	1.0	---
Lugares/Sala	1	2	2
Muestras/Lugar	1	1	1
Total de muestras	1	2	2
Volumen (m ³)	0.0283	0.0283	0.0283

Datos de partículas

	μ m	N/m ³
Objetivo	0.5	3520
Máx.	0.5	0
Media	0.5	0
DesvEst	0.5	0

Promedios de lugares

Lugar	#	μ m	Prom.(N/m ³)
#001	1	0.5	0
#002	1	0.5	0

Muestras suprimidas:0