

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00037731					
Cliente: <i>SWISS MEMEN</i>				Fecha: <i>10/9/14</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP16</i>		Diagnostica: <i>134</i>					
Dirección: <i>CATA MARCA 1292</i>		N° Serie: <i>MP00003507</i>		S1: <i>—</i>					
Sector: <i>AGROPECUARIO 2° PISO</i>		Tanque: <i>—</i>		Remito: <i>—</i>					
Tipo Serv: <i>MENSON</i>		N° Serie: <i>—</i>		SVO: <i>—</i>					
Vencimiento de Consumibles				LC <i>1053/125</i>					
LC <i>1743/25</i>	LC <i>177 3/10</i>	LC <i>136 3/125</i>	LC <i>109 3/125</i>						
RO CICLOS <i>41610</i>		VOL TOTAL <i>1138766</i>							
Relevamiento de Datos				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:		☒	☐	☐			
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla alimentación:		☒	☐	☐			
Tensión alimentación:	V	Filtro Malla Loop solo		☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación:	V	Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐	☐			
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐	☐			
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐	☐			
Presión bomba de alta:	Bar	Drenaje optimo para el equipo:		☒	☐	☐			
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program		☐	☒	☐			
Conductividad RO:	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado		☐	☒	☐			
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:				A			
Caudal permeado:	L/min	Consumo bomba de Recirculación				A			
Caudal Loop:	L/min	Temperatura				V			
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				uS/cm			
Recomendaciones									
<i>SE AGRADECE MANTENIMIENTO MENSUAL</i>									
<i>SE CONTINUAN PRUEBAS Y PRESIONES</i>									
<i>SE CAMBIA LC 174</i>									
<i>SE CAMBIA MICROFILTRO DE ALIMENTACIÓN</i>									
<i>SE SANTIPEA RO</i>									
<i>EQUIPO OPERATIVO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>MP16</i>	☐		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>LC 174</i>	☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>10:40</i>				Hora Fin: <i>13:00</i>					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente: <i>[Firma]</i>					
Aclaración: <i>Umbides</i>				Aclaración: <i>[Firma]</i>					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas			Escanea y completa todos los datos solicitados		
+54 9 11 3580-5695				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					