

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **159 076** (13) **U1**
(51) МПК
A61B 17/225 (2006.01)
H01B 11/00 (2006.01)

(12) **ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ**

Статус: действует (последнее изменение статуса: 16.07.2024)
Пошлина: учтена за 10 год с 20.03.2024 по 19.03.2025.

(21)(22) Заявка: 2015109545/14, 19.03.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 19.03.2015 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 19.03.2015 (45) Опубликовано: <u>27.01.2016</u> Бюл. № <u>3</u> Адрес для переписки: 634055, г.Томск, а/я 3996, ООО "ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	(72) Автор(ы): Лернер Марат Израильевич (RU), Черненко Владимир Павлович (RU), Диамант Валерий (IL), Редькин Сергей Викторович (RU), Загородских Евгений Вячеславович (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (RU), Литотех Медикал Лтд. (IL)
---	--

(54) **ПЕРЕДАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ЛИТОТРИПТОРА**

Формула полезной модели

1. Передающий кабель литотриптора, содержащий силовой кабель и сигнальный кабель, размещенные в общей для них наружной оболочке; при этом силовой кабель приспособлен для подачи энергетических импульсов от генератора на зонд литотриптора; при том, что сигнальный кабель приспособлен для образования линии связи для обмена информацией между блоком управления литотриптора и запоминающим средством, расположенным в зонде; причем силовой кабель содержит центральную токопроводящую жилу и последовательно наложенные на нее основную изоляцию, проводящий экран и внешнюю оболочку, отличающийся тем, что между проводящим экраном и внешней оболочкой включены последовательно размещенные дополнительная изоляция и дополнительный металлический экран.
2. Передающий кабель по п. 1, отличающийся тем, что дополнительная изоляция выбрана из условия, чтобы ее электрическая прочность выдерживала переменное испытательное напряжение в соответствии с $U_{исп.}=1,41U_{имп.}+5000\text{ В}$ при амплитуде импульса 10000 В.
3. Передающий кабель по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в качестве материала дополнительной изоляции использован материал с высокой электрической прочностью, например силикон и/или полиэтилен.
4. Передающий кабель по п. 1, отличающийся тем, что дополнительный металлический экран выполнен в виде металлической оплетки.
5. Передающий кабель по п. 4, отличающийся тем, что оплетка выполнена из медных проволок диаметром 0,10 - 0,25 мм с плотностью намотки не ниже 88%.

6. Передающий кабель по п. 1 отличающийся тем, что дополнительная изоляция выполнена из, по меньшей мере, двух слоев изоляционного материала.

7. Передающий кабель по п. 1, отличающийся тем, что толщина дополнительной изоляции выбрана из диапазона от 1,0 мм до 2,0 мм.

8. Передающий кабель по п. 1, отличающийся тем, что толщина внешней оболочки выбрана из диапазона 0,2 мм до 0,5 мм.

9. Передающий кабель по п. 1, отличающийся тем, что его разъем с проксимального конца выполнен так, чтобы токопроводящая жила и проводящий экран силового кабеля вошли непосредственно в корпус высоковольтного блока генератора изолированно, с обеспечением при этом возможности соединения дополнительного металлического экрана с металлическим корпусом высоковольтного блока изолированно от корпуса генератора.

10. Передающий кабель по п. 1, отличающийся тем, что его разъем с проксимального конца выполнен так, чтобы обеспечивалась возможность соединения экрана
сигнального
кабеля
с
корпусом
генератора.

