

部品製造部(コネクタ部門)

不具合整理No.

43F-7-015

発行先

生産 4 課 2 G

その他:


## 不具合連絡書

配布先		製造部長	製造副部長	営業課	管理課	技術課	精研課	品証課	品技課	生産一課	生産二課	生産三課	生産四課	めつき課	生技課	承認	確認	作成
部数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	物産 11.7.19 様々	黒岩 11.7.19 映次	島田 11.7.19 和典
連絡受理日		2011年 7月 19日 AM/PM 9:30																
不具合受付者名		営業 ・ 品質保証2課 島田																
客先名		テルモ(株) 連絡者名 資材課 片本様																
客先よりの連絡方法		( )電話 ( )郵便 ( )荷物 ( O )Eメール ( )FAX																
不具合区分		( )苦情 ( O )不良 ( )クレーム ( )調査依頼																
図番 / 品名		SC03X622A / Aパネ SFA22G																
ロットNo./数量		11.06.24.P.015-080 / 132,000																

## 不具合内容

弊社管理項目 C項規格外  
 規格 76° ±1° 30'  
 実測値 78° 14' ~79° 30' とプラス規格外

## 略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行

(要・非)

掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで

発行先確認欄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →  
 → 周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる