

SURAT PERMINTAAN TAMBAHAN DATA TAHAP REGISTRASI

DATA PERMOHONAN

Nomor Permohonan : S-M51070072060826
Nama Produk : MILSCRUB Liquid 4
Jenis : General purpose disinfectants
Tipe / Ukuran : Galon (5 Liter) Botol (1L, 500 mL, 100mL)
Nama Pabrik : CV SAMUDRA MEDIKA LABORATORIES
Nama Pendaftar : SAMUDRA MEDIKA LABORATORIES
Status Produk : Perpanjangan dengan Perubahan
Kelas : II (Dua)

HASIL EVALUASI KE - 1

Tanggal : 30-08-2026

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap berkas permohonan izin edar alat kesehatan yang Saudara ajukan, ternyata masih ada kekurangan data sebagai berikut :

Form PPJPRB1 : - Terdapat perubahan desain penandaan (penambahan logo halal dan logo ISO) dan penambahan kemasan produk. Silakan lampirkan surat permohonan perpanjangan dengan perubahan
- Lampirkan juga matriks perubahan yang diajukan dan tunjukkan letak perubahannya Form PPJPRB4 : - Pada kalimat "Desain ini Juga Berlaku Untuk Kemasan" harap diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar
- Sesuaikan kemasan produk yang didaftarkan antara halaman 1 dan halaman 2
- Selain itu terdapat perbedaan desain kemasan antara halaman 1 dan 2, harap diperbaiki dan disesuaikan
- Hilangkan logo halal dan logo ISO jika tidak ada sertifikatnya yang dilampirkan di form 14
- Harap sesuaikan ukuran/tipe produk antara penandaan dengan di sistem di regalkes Form PPJPRB5 : -
Lampirkan surat pernyataan terdapat perubahan data
- Lampirkan juga matriks perubahan yang diajukan dan tunjukkan letak perubahannya Form PPJPRB14 : -
Lampirkan sertifikat halal dan tunjukkan nama produk yang didaftarkan ini pada sertifikat tersebut
- Lampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 13485 yang masih berlaku
>> jika catatan ini tidak dipenuhi silakan hilangkan logo nya pada penandaan Catatan Umum : Harap perbaiki

Untuk itu Saudara diminta segera melengkapi data-data dimaksud. Sesuai dengan Permenkes R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Saudara diharuskan melengkapi data/hasil pengujian untuk menjamin produk alat kesehatan yang akan diedarkan aman bermutu dan bermanfaat

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Hasil evaluasi sesuai dengan pemenuhan persyaratan dapat berupa, Nomor Izin Edar, Tambahan Data dan Penolakan Permohonan
2. Berkas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan data teknis akan diberikan persetujuan nomor izin edar.
3. Berkas yang belum lengkap, diberi kesempatan untuk menambah data sebanyak 1 (satu) kali dalam waktu penambahan data maksimal 10 hari terhitung dari tanggal surat tambahan data.
4. Hasil evaluasi ulang 10 hari setelah pemberian tambahan data.
5. Apabila sampai waktu yang ditentukan, tidak dapat melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta, maka berkas permohonan ditolak. Permohonan dapat mengajukan permohonan kembali dengan status permohonan baru
6. Untuk berkas permohonan yang ditolak, maka PNBPN yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

MASUKKAN DATA SESUAI PERSYARATAN YANG DIMINTA DAN
PERHATIKAN BATAS WAKTU PENAMBAHAN DATA ANDA