



Solución Guía 2: C. 7. Finalmente... el amplificador diferencial

Intercambiar el punto de entrada al amplificador de las señales que provienen del electrodo de medición y de referencia.

