TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

VALIDAZIONE TECNICA DEL REFERTO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL027_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

L'istruzione di lavoro descrive le modalità operative di validazione tecnica del referto di Laboratorio prima della sua firma e rilascio al cliente, conformemente alla ISO 15189:2022 §7.4.1. La validazione tecnica è responsabilità dell'Operatore di Laboratorio autorizzato per la specifica branca, ed è il prerequisito per la successiva firma del Biologo o Direttore di Laboratorio.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.4.1	Rilascio dei risultati
TD-SGI-PRO044_00	Procedura fase post-analitica
TD-SGI-PRO080_00	Comunicazione risultati e valori critici
TD-SGI-IDL013_00	Tabella valori critici
TD-SGI-IDL028_00	Gestione valori critici

3. Definizioni

Termine	Definizione
Validazione tecnica	Verifica della correttezza analitica del risultato prima della firma
Firma del referto	Atto formale del Biologo o del Direttore di Laboratorio che attesta la validità clinica del referto
Repeat e re-run	Ripetizione dell'analisi (Repeat) o nuova esecuzione completa (Re-run) in caso di dubbio

4. Ruoli e responsabilità

L'operatore di Laboratorio autorizzato esegue la validazione tecnica per le prove della propria branca.

Il Direttore di Laboratorio o il biologo firma il referto dopo la validazione tecnica.

5. Modalità operative

1. Controlli pre-firma

Prima della firma, il Tecnico verifica: (a) coerenza del risultato con il CIQ del giorno (regole Westgard rispettate); (b) assenza di flag dello strumento (campione lipemico, emolizzato, itterico, scarso); (c) coerenza con i valori storici del paziente (delta-check); (d) assenza di interferenze plausibili (farmaci, integratori); (e) conferma del valore se al di fuori dell'intervallo di riferimento; (f) controllo della corretta identificazione paziente ↔ campione ↔ referto.

2. Repeat e re-run

In caso di risultato dubbio: si esegue un Repeat (ripetizione dello stesso campione, stesso run) per confermare la riproducibilità. Se persiste il dubbio, si esegue un Re-run (nuova preparazione completa). Se il risultato è confermato come critico, si attiva PRO080 (comunicazione valore critico).

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

3. Tracciabilità

Tutte le operazioni di validazione sono tracciate sul LIS con timestamp, utente che valida, eventuali commenti tecnici. Il referto firmato include la dichiarazione di validazione tecnica.

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO044_00	Procedura	Fase post-analitica
TD-SGI-IDL028_00	IDL	Gestione valori critici

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. IDL Validazione tecnica del referto conforme a ISO 15189:2022 §7.4.1. Definisce controlli pre-firma, gestione Repeat/Re-run, tracciabilità sul LIS.	RSGI / Direttore Laboratorio