TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

INSERIMENTO E VALIDAZIONE LOTTI REAGENTI SU LIS

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL029_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

L'istruzione di lavoro descrive le modalità operative di accettazione, inserimento e validazione dei nuovi lotti di reagenti sul Sistema Informativo di Laboratorio (LIS), conformemente alla ISO 15189:2022 §6.6 (reagenti e materiali di consumo). Si integra con MOD053 (Registro lotti reagenti) e con IDL012 (Elenco consumabili in uso).

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §6.6	Reagenti e materiali di consumo
TD-SGI-PRO079_00	Gestione del LIS
TD-SGI-MOD053_01	Registro lotti reagenti (rev 01 ISO 15189)
TD-SGI-IDL012_00	Elenco consumabili

3. Definizioni

Termine	Definizione
Lotto	Quantità definita di reagente prodotto in un'unica produzione, identificato da un numero di lotto univoco
Lot-to-lot verification	Verifica delle prestazioni del nuovo lotto rispetto al lotto precedente prima del rilascio in produzione
Materiale di calibrazione	Materiale a valore noto utilizzato per la calibrazione strumentale
Materiale di controllo	Materiale a valore noto utilizzato per il CIQ

4. Ruoli e responsabilità

Il Tecnico di Laboratorio accetta fisicamente la consegna verificando: identità del prodotto, integrità del confezionamento, condizioni di conservazione, scadenza.

Il Tecnico inserisce il nuovo lotto sul LIS prima dell'utilizzo.

Il Dirigente Tecnico approva la lot-to-lot verification e il rilascio in produzione.

5. Modalità operative

1. Accettazione fisica

Verifica visiva: integrità imballaggio, etichettatura completa, scadenza > di un periodo minimo (es. 3 mesi), temperatura di trasporto registrata (per reagenti a catena del freddo). In caso di non conformità: rifiuto della consegna e segnalazione su MOD187 (NC tecnica).

2. Inserimento sul LIS

Sul LIS si inserisce il nuovo lotto con: codice prodotto, numero di lotto, data di scadenza, data di accettazione, ubicazione di conservazione. Il LIS associa automaticamente il lotto agli strumenti compatibili.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

3. Lot-to-lot verification

Per i lotti di reagenti analitici critici (es. enzimi, anticorpi, materiali di calibrazione): si esegue una verifica lot-to-lot su almeno 5 campioni a livelli rappresentativi (basso, medio, alto), eseguiti con il vecchio e il nuovo lotto in parallelo. Criterio di accettabilità: bias entro le specifiche del produttore o entro 1.5 × CV inter-serie. Documentazione su MOD053.

4. Rilascio in produzione

Solo dopo l'esito positivo della lot-to-lot verification il Dirigente Tecnico autorizza il rilascio in produzione del nuovo lotto. Il LIS attiva il lotto e disattiva il precedente alla conclusione delle scorte residue.

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD053_01	Modulo	Registro lotti reagenti (rev 01 ISO 15189)
TD-SGI-IDL012_00	Istruzione	Elenco consumabili

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. IDL Inserimento e validazione lotti reagenti su LIS conforme a ISO 15189:2022 §6.6. Definisce accettazione fisica, inserimento LIS, lot-to-lot verification con 5 campioni, rilascio in produzione.	RSGI / Direttore Laboratorio