TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

ESECUZIONE DEL CIQ GIORNALIERO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL030_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

L'istruzione di lavoro descrive le modalità operative di esecuzione del Controllo Interno di Qualità (CIQ) giornaliero, conformemente alla ISO 15189:2022 §7.3.7 e in attuazione della procedura TD-SGI-PRO046. Definisce il flusso operativo di preparazione, esecuzione, lettura, analisi statistica e gestione delle violazioni delle regole Westgard.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.7	Garanzia di qualità dei risultati
TD-SGI-PRO046_01	CIQ con regole Westgard (rev 01)
TD-SGI-MOD187_00	NC tecnica

3. Definizioni

Termine	Definizione
CIQ	Controllo Interno di Qualità
Materiale di controllo	Soluzione a valore noto su cui si esegue il CIQ
Regole di Westgard	Set di regole statistiche per identificare situazioni fuori controllo (1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x)
Levey-Jennings chart	Grafico di controllo con SD calcolata e regole di Westgard

4. Ruoli e responsabilità

Il Tecnico esegue il CIQ giornaliero a inizio turno, prima del primo campione paziente.

Il Direttore Tecnico è informato in caso di violazioni di regole Westgard e decide le azioni.

5. Modalità operative

1. Preparazione

A inizio turno (e dopo ogni intervento di manutenzione/ricalibrazione): preparazione dei materiali di controllo a 2-3 livelli (basso, normale, alto). Verifica della scadenza del materiale di controllo e dello stato di conservazione.

2. Esecuzione

Inserimento dei controlli nello strumento. Lettura automatica dei risultati che vengono trasmessi al LIS e al sistema di gestione del CIQ (Levey-Jennings).

3. Analisi statistica e regole Westgard

Il sistema applica automaticamente le regole di Westgard. Verde = passaggio, Giallo = warning (1-2s), Rosso = fuori controllo (1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x). In caso di Giallo: si verifica il run successivo. In caso di Rosso: blocco automatico dello strumento per la prova interessata.

4. Gestione fuori controllo

Per situazione Rossa: ricalibrazione, ripetizione del CIQ. Se persiste: troubleshooting (cambio reagenti, manutenzione, sostituzione lotto), nuova ripetizione. Se ancora fuori controllo: blocco prove

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

paziente per quel parametro, segnalazione MOD187 (NC tecnica), comunicazione al Direttore Tecnico.

5. Documentazione

Tutti i CIQ del giorno sono archiviati nel sistema di gestione e revisionati settimanalmente per identificazione di trend (drift, shift).

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO046_01	Procedura	CIQ con regole Westgard
TD-SGI-MOD187_00	Modulo	NC tecnica

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. IDL Esecuzione CIQ giornaliero conforme a ISO 15189:2022 §7.3.7 e PRO046. Definisce preparazione, esecuzione, applicazione regole Westgard, gestione fuori controllo.	RSGI / Direttore Laboratorio