TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

REGISTRO DI GESTIONE

DEI LOTTI REAGENTI E CONSUMABILI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD053_01	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La presente revisione 01 estende il registro di gestione dei lotti reagenti ai requisiti specifici della UNI EN ISO 15189:2022 §6.6 (reagenti e materiali di consumo). Aggiunge sezioni dedicate a: accettazione documentata di nuovi lotti, lot-to-lot verification per reagenti analitici critici, performance lotto-su-lotto, gestione delle non conformità di lotto.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §6.6	Reagenti e materiali di consumo
TD-SGI-IDL029_00	Inserimento e validazione lotti reagenti su LIS
TD-SGI-PRO079_00	Gestione del LIS
TD-SGI-MOD187_00	NC tecnica

4. Ruoli e responsabilità

Il Tecnico di accettazione registra l'arrivo del nuovo lotto.

Il Tecnico di Laboratorio esegue la lot-to-lot verification.

Il Dirigente Tecnico approva il rilascio in produzione.

5. Modalità operative

Sezione 1 - Accettazione del lotto

Codice prodotto	N° lotto	Data scadenza	Data accettazione	Esito controllo accettazione	Operatore
				Conforme / Non conforme (vedi MOD187)	

Sezione 2 - Lot-to-lot verification (reagenti analitici critici)

Lotto vecchio	Lotto nuovo	Analita	N° campioni testati	Bias rilevato (%)	Esito (OK/KO)	Operatore
			≥ 5 a livelli rappresentativi		(criterio: ≤ specifica IVD)	

Sezione 3 - Performance lotto-su-lotto (storico)

Il RQL rivede trimestralmente il bias inter-lotto per ciascun analita critico per identificare eventuali derive sistematiche.

Sezione 4 - Rilascio in produzione

Solo dopo l'esito positivo della verifica il Dirigente Tecnico autorizza il rilascio. Tracciamento sul LIS: il LIS attiva il nuovo lotto e disattiva il precedente alla conclusione delle scorte residue.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Sezione 5 - Gestione NC di lotto

In caso di lotto non conforme (es. bias inaccettabile, contaminazione, etichettatura errata): apertura NC su MOD187, comunicazione al fornitore, sostituzione del lotto, valutazione delle prove eseguite con il lotto NC.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
% lot-to-lot eseguiti su lotti critici	Verifiche eseguite / lotti critici introdotti	100%	Trimestrale
% lotti rifiutati all'accettazione	Lotti rifiutati / totale ricevuti	≤ 1%	Trimestrale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-IDL029_00	Istruzione	Inserimento e validazione lotti su LIS
TD-SGI-MOD187_00	Modulo	NC tecnica

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Revisione 01. Estensione ai requisiti ISO 15189:2022 §6.6 con sezioni dedicate ad accettazione documentata, lot-to-lot verification, performance lotto-su-lotto, gestione NC di lotto. Rispetto alla rev 00 mantiene il framework operativo già consolidato.	RSGI / Direttore Laboratorio