TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

# TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

## PROCEDURA DI GESTIONE

DELLA VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITÀ (VEQ)

Area 18 – Laboratorio di Analisi

| Codice | Revisione | Data | Pagine |
|---|---|---|---|
| **TD-SGI-PRO045_01** | 00 | 28/04/2026 | 3 |
| **Redatto da** | **Approvato da** | **Classificazione** | **Stato** |
| RSGI / Direttore Laboratorio | AD – Francesco Epifani | Distribuito al Team Lab | In vigore |

| Responsabile del Documento | RSGI | Emissione del Documento |
|---|---|---|
| Valentina Zezza | Iacopo Cupelli | Francesco Epifani |
| 04/05/2026 | 04/05/2026 | 04/05/2026 |

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

# 1. Scopo e campo di applicazione

La presente revisione 01 estende la procedura di gestione della Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) ai requisiti specifici della UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.7. La procedura disciplina la pianificazione delle partecipazioni a programmi VEQ con provider riconosciuti, la sottoposizione dei materiali, l'analisi degli esiti, la gestione degli esiti non soddisfacenti con apertura di NC tecnica e CAPA.

Si applica a tutti gli analiti del Laboratorio per i quali sono disponibili programmi VEQ e in modo prioritario alle prove del perimetro accreditato ISO 15189.

# 2. Riferimenti normativi e documentali

| Norma / Documento | Ambito |
|---|---|
| UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.7 | Garanzia di qualità - VEQ |
| ISO/IEC 17043:2010 | Valutazione della conformità - Schemi di prove valutative |
| TD-SGI-PRO046_01 | CIQ con regole Westgard (rev 01 ISO 15189) |
| TD-SGI-PRO082_00 | NC tecniche e CAPA |
| TD-SGI-MOD186_00 | Modulo partecipazione VEQ |
| TD-SGI-MOD187_00 | Modulo NC tecnica |

# 3. Definizioni

| Termine | Definizione |
|---|---|
| VEQ | Valutazione Esterna di Qualità - partecipazione a programmi di intercomparazione con provider riconosciuti |
| Provider VEQ | Organizzazione che gestisce programmi di intercomparazione (es. CRB, INSTAND, RIQAS, EQAS, AIPaC) |
| Z-score | Indice statistico di scostamento di un risultato dal valore consensus, espresso in numero di SD |
| Esito soddisfacente | Z-score $\|Z\| \leq 2$ (95% di confidenza) |

# 4. Ruoli e responsabilità

Il RQL pianifica le partecipazioni VEQ, gestisce le sottoposizioni, analizza gli esiti, redige MOD186.

Gli operatori di Laboratorio eseguono operativamente le sottoposizioni come campioni paziente normali (cieco).

Il Direttore di Laboratorio approva le CAPA per esiti non soddisfacenti.

# 5. Modalità operative

## 5.1 Pianificazione annuale

Il RQL definisce annualmente la matrice di partecipazione VEQ con priorità sulle prove del perimetro accreditato. Per ogni analita: provider, programma, frequenza dei cicli, costo. Approvazione del piano da parte del Direttore di Laboratorio.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

### 5.2 Esecuzione

I materiali VEQ sono ricevuti, registrati su MOD186, sottoposti come campioni paziente normali (cieco) - NON identificati come VEQ allo strumento - per replicare le condizioni operative reali. I risultati sono dichiarati al provider entro la deadline.

### 5.3 Analisi degli esiti

Alla ricezione del report VEQ il RQL analizza: Z-score per ciascun analita, consenso del peer group, eventuali commenti del provider. Esito soddisfacente: $|Z| \leq 2$. Esito da rivedere: $2 < |Z| \leq 3$. Esito non soddisfacente: $|Z| > 3$.

### 5.4 Gestione esiti non soddisfacenti

Per ogni analita con esito non soddisfacente: apertura di NC tecnica su MOD187, RCA (analisi del CIQ del periodo, possibili interferenze, errori di esecuzione), CAPA con scadenza max 60 giorni, verifica di efficacia con il VEQ del ciclo successivo.

### 5.5 Reporting periodico

Riesame trimestrale aggregato delle prestazioni VEQ presentato al Direttore di Laboratorio. Riesame annuale presentato in sede di Riesame della Direzione del SGI.

## 6. Indicatori di processo

| KPI | Definizione | Target | Frequenza |
|---|---|---|---|
| % VEQ con esito soddisfacente | Esiti soddisfacenti / totale esiti | ≥ 95% | Trimestrale |
| % partecipazioni VEQ on-time | Partecipazioni con sottoposizione entro deadline / totale | 100% | Trimestrale |
| % CAPA su VEQ chiuse a 60 gg | CAPA chiuse / totali aperte nel periodo | ≥ 90% | Trimestrale |

## 7. Allegati e documenti correlati

| Codice | Tipo | Titolo |
|---|---|---|
| TD-SGI-MOD186_00 | Modulo | Partecipazione VEQ |
| TD-SGI-MOD187_00 | Modulo | NC tecnica |
| TD-SGI-PRO046_01 | Procedura | CIQ (rev 01) |

## 8. Storico delle revisioni

| Rev. | Data | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 00 | 28/04/2026 | Revisione 01. Estensione ai requisiti ISO 15189:2022 §7.3.7. Aggiunto matrice di pianificazione annuale, criteri di accettabilità con Z-score, gestione esiti non soddisfacenti con MOD187, KPI di processo. Rispetto alla rev 00 mantiene il framework operativo già consolidato. | RSGI / Direttore Laboratorio |