TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE

DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO049_01	00	28/04/2026	4
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La presente revisione 01 estende la procedura ai requisiti completi della UNI EN ISO 15189:2022 §6.4 e §6.5: qualifica IQ/OQ/PQ, manutenzione preventiva e correttiva, taratura periodica, archivio metrologico, tracciabilità rispetto a riferimenti internazionali. Si integra con TD-SGI-PRO021 (Apparecchiature sanitarie Area 11 HTA) per il quadro generale.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §6.4, §6.5	Apparecchiature e tracciabilità metrologica
UNI EN ISO 17511:2020	Tracciabilità metrologica IVD
TD-SGI-PRO021_00	Apparecchiature sanitarie (Area 11 HTA)
TD-SGI-PRO077_00	Tracciabilità metrologica e incertezza
TD-SGI-MOD191_00	Calendario manutenzione e taratura
TD-SGI-MOD180_00	Registro manutenzione ordinaria
TD-SGI-REG015_00	Inventario apparecchiature Lab
TD-SGI-IDL031_00	Verifica funzionale strumenti

3. Definizioni

Termine	Definizione
IQ (Installation Qualification)	Qualifica di installazione - verifica che lo strumento sia installato secondo specifiche del produttore
OQ (Operational Qualification)	Qualifica operativa - verifica che lo strumento operi entro i parametri specificati
PQ (Performance Qualification)	Qualifica di prestazione - verifica che lo strumento operi correttamente nelle condizioni di uso reali
Manutenzione preventiva	Manutenzione programmata per prevenire i guasti
Manutenzione correttiva	Manutenzione successiva a un guasto
Taratura	Operazione che stabilisce la relazione tra i valori indicati dallo strumento e i valori veri

4. Ruoli e responsabilità

Il RQL pianifica IQ/OQ/PQ all'introduzione di nuovi strumenti.

I Tecnici eseguono manutenzione ordinaria (giornaliera, settimanale, mensile).

Il fornitore di service esegue manutenzione preventiva annuale e taratura.

Il RQL mantiene aggiornato l'archivio metrologico (REG015).

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

5. Modalità operative

5.1 Acquisizione e qualifica IQ/OQ/PQ

Ad ogni acquisizione di nuovo strumento: IQ con il fornitore (verifica installazione conforme alle specifiche), OQ (verifica funzionalità nei parametri specificati), PQ (verifica prestazioni nelle condizioni d'uso reali, incluso CIQ con materiali di Toscana Diagnostica). Documentazione completa nell'archivio metrologico.

5.2 Manutenzione preventiva

Pianificata in MOD191 sulla base delle indicazioni del produttore. Frequenze tipiche: ordinaria a inizio turno (vedi IDL031), settimanale (decontaminazione approfondita), mensile (sostituzione consumabili), annuale (manutenzione preventiva completa con service esterno).

5.3 Manutenzione correttiva

In caso di guasto: registrazione dell'evento su MOD180/MOD187 con diagnosi iniziale, chiamata al service, sospensione della prova interessata se non ridondata. Dopo l'intervento: verifica funzionale e nuovo CIQ prima del ripristino in produzione.

5.4 Taratura e tracciabilità metrologica

Per gli strumenti con esigenza di taratura metrologica: taratura periodica (semestrale o secondo specifica del produttore) con materiali di calibrazione tracciabili rispetto a CRM internazionali. Certificato di taratura archiviato nell'archivio metrologico (REG015). Coerentemente con TD-SGI-PRO077, il calcolo dell'incertezza di misura include il contributo della taratura.

5.5 Archivio metrologico

Per ogni strumento del perimetro accreditato si mantiene un Dossier Strumento contenente: scheda anagrafica, specifiche tecniche, manuali, certificati IQ/OQ/PQ, certificati di taratura periodici, rapporti di manutenzione, evidenze di non conformità. Conservazione per la vita utile dello strumento + 10 anni.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
% manutenzioni preventive in piano	Manutenzioni eseguite / pianificate	100%	Trimestrale
% strumenti accreditati con qualifica IQ/OQ/PQ documentata	Strumenti con qualifica / strumenti accreditati	100%	Annuale
Tempo medio di ripristino post-guasto	Ore dalla segnalazione al ripristino	≤ 24h per guasti critici	Mensile

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD180_00	Modulo	Registro manutenzione ordinaria
TD-SGI-MOD191_00	Modulo	Calendario manutenzione e taratura
TD-SGI-	Registro	Inventario apparecchiature Lab

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

REG015_00		
TD-SGI-IDL031_00	Istruzione	Verifica funzionale strumenti
TD-SGI-PRO077_00	Procedura	Tracciabilità metrologica

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Revisione 01. Estensione ai requisiti ISO 15189:2022 §6.4 e §6.5: aggiunti qualifica IQ/OQ/PQ, archivio metrologico, tracciabilità rispetto a CRM internazionali, integrazione con PRO077 (incertezza di misura). Rispetto alla rev 00 mantiene il framework operativo già consolidato.	RSGI / Direttore Laboratorio