TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI SICUREZZA

BIOLOGICA DEL LABORATORIO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO072_00	00	28/04/2026	4
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura definisce i requisiti di sicurezza biologica nel Laboratorio di Analisi conformemente alla norma ISO 15190:2020 e ai requisiti della ISO 15189:2022 §6.3 e §7.3. Disciplina la classificazione dei gruppi di rischio biologico, l'utilizzo dei DPI, la gestione degli sversamenti, la decontaminazione delle superfici e degli strumenti, la gestione dei rifiuti biologici a rischio infettivo, la sorveglianza sanitaria del personale esposto, la gestione degli infortuni biologici (puntura accidentale, schizzi, contaminazione cute/mucose).

Si applica a tutto il personale del Laboratorio (tecnici, biologi, medici, personale di logistica) e a chiunque acceda alle aree operative del Laboratorio. Si integra con TD-SGI-PRO007 (Rischio biologico Area 5) per gli aspetti generali di sicurezza biologica aziendale (D.Lgs. 81/2008 Tit. X) e con TD-SGI-PRO068 (Gestione rifiuti sanitari Area 6) per il flusso di smaltimento.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
ISO 15190:2020	Laboratori medici - Requisiti per la sicurezza
UNI EN ISO 15189:2022 §6.3, §7.3	Sicurezza nelle strutture e nei processi del Laboratorio
D.Lgs. 81/2008 Titolo X	Esposizione ad agenti biologici
DM 28/09/1990	Norme di protezione dal contagio professionale
Direttiva 2010/32/UE	Prevenzione delle ferite da taglio e da punta in ospedali
TD-SGI-PRO007_00	Procedura di gestione del rischio biologico (Area 5)
TD-SGI-PRO048_00	Procedura di sicurezza del Laboratorio (Area 18)
TD-SGI-PRO068_00	Procedura di gestione dei rifiuti sanitari (Area 6)
TD-SGI-IDL003_00	Igiene delle mani
TD-SGI-IDL033_00	IDL Sicurezza biologica nelle attività

3. Definizioni

Termine	Definizione
Agente biologico	Microrganismo, coltura cellulare, endoparassita umano o particella infettiva (es. prione) capace di provocare infezioni, allergie o intossicazioni
Gruppo di rischio biologico	Classificazione 1-4 secondo il D.Lgs. 81/2008 in base alla pericolosità per l'operatore e alla diffusibilità nella popolazione
BSL (BioSafety Level)	Livello di contenimento biologico 1-4 (BSL-1 a BSL-4)
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale (camice, guanti, mascherina, occhiali, calzari)
Sversamento biologico	Fuoriuscita accidentale di materiale biologico potenzialmente infetto
Infortunio biologico	Esposizione accidentale dell'operatore a materiale biologico (puntura, taglio, schizzi su mucose o cute lesa)

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4. Ruoli e responsabilità

Il Direttore di Laboratorio è responsabile della classificazione del gruppo di rischio biologico delle attività e della scelta del livello di contenimento BSL appropriato.

Il RSPP, in coordinamento con il Medico Competente, valida la valutazione del rischio biologico nel DVR e definisce la sorveglianza sanitaria del personale esposto.

Il RQL presidia la conformità operativa quotidiana ai requisiti di sicurezza biologica e le verifiche di efficacia delle misure di contenimento.

Gli operatori di laboratorio applicano le procedure operative di sicurezza biologica, utilizzano correttamente i DPI, segnalano tempestivamente sversamenti e infortuni.

5. Modalità operative

5.1 Classificazione delle aree e BSL

Il Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica opera prevalentemente a livello BSL-2 con aree dedicate a microbiologia che possono richiedere BSL-3 in funzione delle prove eseguite. La classificazione di ciascuna area è documentata nella mappa BSL del Laboratorio.

5.2 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Il personale che entra nelle aree di Laboratorio indossa DPI appropriati al BSL: camice abbottonato fino al collo, guanti monouso (doppio strato in caso di rischio di contatto prolungato), mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 in funzione delle prove, occhiali a tenuta laterale o schermo facciale per attività con rischio di schizzi. I DPI sono cambiati al cambio di area, in caso di contaminazione e a fine turno. Il dettaglio operativo è in IDL033.

5.3 Decontaminazione e gestione degli sversamenti

Le superfici di lavoro sono decontaminate a inizio e fine turno con disinfettante a base di ipoclorito di sodio 1.000 ppm o equivalente. In caso di sversamento biologico: copertura con materiale assorbente, decontaminazione con ipoclorito 10.000 ppm per 30 minuti, raccolta in contenitore per rifiuti a rischio infettivo, registrazione su MOD187 (NC tecnica). Procedura dettagliata in IDL033.

5.4 Gestione degli infortuni biologici

In caso di esposizione accidentale (puntura, taglio, schizzi): far sanguinare la ferita e lavare con acqua e sapone, decontaminare con disinfettante, accesso al Pronto Soccorso ospedaliero per profilassi post-esposizione (PEP) se indicata, segnalazione al Medico Competente, registrazione su MOD007 (consegna DPI Area 5) + MOD187 (NC tecnica) + Modulo Infortuni del SGI. La profilassi è gestita secondo i protocolli ASL di riferimento.

5.5 Smaltimento rifiuti biologici a rischio infettivo

Tutti i materiali contaminati o potenzialmente contaminati sono smaltiti come rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 18.01.03*) secondo la procedura aziendale TD-SGI-PRO068. Contenitori rigidi a tenuta per taglienti (puntoboxes), sacchi gialli per rifiuti biologici non taglienti.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Audit di sicurezza	Numero di audit operativi superati su	100%	Trimestrale

biologica	totale		
Infortuni biologici per anno	Numero infortuni biologici notificati	Riduzione 20% YoY	Annuale
Personale formato sicurezza biologica	% personale Lab con formazione aggiornata	≥ 95%	Annuale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-IDL033_00	Istruzione	Sicurezza biologica nelle attività di Laboratorio
TD-SGI-PRO007_00	Procedura	Rischio biologico (Area 5)
TD-SGI-PRO048_00	Procedura	Sicurezza del Laboratorio (Area 18)
TD-SGI-MOD007_00	Modulo	Consegna DPI ai lavoratori (Area 5)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di sicurezza biologica del Laboratorio conforme a ISO 15190:2020 e ai requisiti ISO 15189:2022 §6.3 e §7.3. Disciplina classificazione BSL, DPI, decontaminazione, gestione sversamenti, infortuni biologici, smaltimento rifiuti.	RSGI / Direttore Laboratorio