TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE

DEI RECLAMI CLINICI DEL LABORATORIO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO081_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura disciplina la gestione dei reclami clinici e delle segnalazioni provenienti dai medici prescrittori, dai pazienti e da operatori interni rispetto alle prestazioni del Laboratorio di Analisi, conformemente alla ISO 15189:2022 §7.6. Si integra con la procedura aziendale TD-SGI-PRO038 (Reclami e suggerimenti, Area 15 Customer Experience) per gli aspetti generali di customer service del SGI; specifica il flusso clinico-tecnico applicabile ai reclami sui referti.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.6	Gestione dei reclami
UNI EN ISO 9001:2015 §10.2	Non conformità e azione correttiva
TD-SGI-PRO038_00	Procedura di gestione reclami (Area 15)
TD-SGI-MOD050_00	Registro reclami SGI (Area 15)
TD-SGI-MOD188_00	Modulo reclamo clinico del Laboratorio

3. Definizioni

Termine	Definizione
Reclamo clinico	Segnalazione di insoddisfazione relativa a un risultato analitico, a un referto, a un tempo di refertazione, a una comunicazione di valore critico o ad altro aspetto tecnico-clinico del servizio
Indagine tecnica	Analisi dei processi pre/intra/post-analitici per individuare la causa del reclamo
RCA (Root Cause Analysis)	Tecnica di analisi delle cause profonde di una non conformità

4. Ruoli e responsabilità

Il Customer Care e la P&C ricevono e instradano i reclami clinici al Direttore di Laboratorio.

Il Direttore di Laboratorio o suo delegato gestisce direttamente la risposta al reclamante.

Il RQL conduce l'indagine tecnica, applica RCA, definisce CAPA in coordinamento con PRO082 (NC tecniche).

5. Modalità operative

5.1 Ricezione e classificazione

Il reclamo clinico è ricevuto via uno dei canali del SGI (sito web, email, telefono, in presenza). Il Customer Care lo registra su MOD050 e su MOD188 (specifico Lab) e lo inoltra entro 24h al Direttore di Laboratorio. Classificazione iniziale per gravità: lieve / medio / grave / sicurezza paziente.

5.2 Indagine e RCA

Per i reclami medio-gravi il RQL conduce l'indagine tecnica con accesso al LIS (audit log), riesame del CIQ del giorno, riesame del campione (se conservato), interviste agli operatori coinvolti. Output: causa identificata e CAPA proposta.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

5.3 Risposta al reclamante

Risposta scritta al reclamante entro 30 giorni (15 giorni per i casi gravi). Contiene: descrizione dell'indagine condotta, causa identificata, azioni correttive intraprese, scuse formali se appropriato.

5.4 Follow-up e CAPA

Le azioni correttive sono tracciate nel sistema CAPA (PRO082, MOD187). Verifica di efficacia entro 6 mesi. Reporting mensile al Direttore di Laboratorio.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Tempo medio risposta reclami	Tempo medio ricezione → risposta	≤ 30 giorni (≤ 15 per gravi)	Mensile
% reclami con CAPA chiusa	CAPA chiuse entro 6 mesi / totale CAPA aperte	≥ 90%	Trimestrale
Recidive di reclamo	% reclami sulla stessa causa entro 12 mesi	≤ 5%	Annuale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD188_00	Modulo	Reclamo clinico del Laboratorio
TD-SGI-PRO038_00	Procedura	Gestione reclami (Area 15)
TD-SGI-PRO082_00	Procedura	NC tecniche e CAPA

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di gestione reclami clinici conforme a ISO 15189:2022 §7.6. Specifica del Laboratorio integrata con TD-SGI-PRO038 generale del SGI. Definisce ricezione, classificazione, RCA, risposta, follow-up CAPA.	RSGI / Direttore Laboratorio