TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE

DELLE NON CONFORMITÀ TECNICHE E CAPA

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO082_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura disciplina la gestione delle non conformità tecniche del Laboratorio (errori analitici, fuori controllo del CIQ, esiti VEQ non soddisfacenti, inadeguatezze degli strumenti, errori del LIS) e le azioni correttive e preventive (CAPA) conformemente alla ISO 15189:2022 §8.5 (azioni per affrontare rischi e opportunità) e §8.7 (non conformità e azione correttiva). Si integra con il sistema CAPA aziendale del SGI per la gestione delle NC del SGI generale.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §8.5, §8.7	NC e azione correttiva
UNI EN ISO 9001:2015 §10.2	Non conformità e azione correttiva
ISO 22367:2020	Riduzione errori in laboratorio
TD-SGI-PRO071_00	Gestione del rischio del Laboratorio
TD-SGI-MOD187_00	NC tecnica del Laboratorio

3. Definizioni

Termine	Definizione
NC tecnica	Mancato soddisfacimento di un requisito tecnico/analitico (es. CIQ fuori controllo, VEQ non soddisfacente, deviazione dal protocollo)
NC sistemica	Mancato soddisfacimento di un requisito gestionale (es. mancata firma del referto, mancata tracciabilità)
Azione correttiva (AC)	Azione per eliminare la causa di una NC e prevenire la ricorrenza
Azione preventiva (AP)	Azione per eliminare la causa di una potenziale NC
RCA	Analisi delle cause profonde - tecnica come 5 Why, Ishikawa, FMEA
Verifica di efficacia	Conferma che l'azione correttiva ha effettivamente eliminato la causa della NC

4. Ruoli e responsabilità

Tutto il personale del Laboratorio segnala le NC tecniche tramite MOD187 entro la fine del turno di lavoro.

Il RQL classifica la gravità, conduce la RCA, propone le CAPA, verifica l'efficacia.

Il Direttore di Laboratorio approva le CAPA per NC gravi e ne verifica l'attuazione.

5. Modalità operative

5.1 Identificazione e segnalazione

La NC è identificata da: violazione regole Westgard del CIQ, esito VEQ non soddisfacente, errore analitico identificato in validazione, malfunzionamento dello strumento, errore di trascrizione/inserimento sul LIS, reclamo clinico (PRO081). Segnalazione su MOD187 con: data, descrizione, ambito, gravità.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

5.2 Classificazione di gravità

La gravità è classificata in 4 livelli: 1 (trascurabile), 2 (lieve - nessun impatto sul paziente), 3 (medio - referto già emesso ma da verificare), 4 (grave - impatto su salute paziente potenziale o reale). Le NC di gravità 3-4 attivano comunicazione immediata al Direttore di Laboratorio.

5.3 RCA e CAPA

Per ogni NC di gravità 2+ il RQL conduce RCA con tecnica 5 Why o Ishikawa. Definisce CAPA con: azione, owner, scadenza, evidenza di chiusura. CAPA tracciate su MOD187.

5.4 Verifica di efficacia

A 3 mesi dalla chiusura della CAPA si verifica l'efficacia: assenza di recidive, conformità del processo, KPI di processo nei target. In caso di efficacia non confermata, si riapre la NC e si rivede la CAPA.

5.5 Trend analysis

Riesame trimestrale aggregato delle NC tecniche: distribuzione per causa, branca, gravità. Identificazione di trend ricorrenti come input per gestione del rischio (PRO071).

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
NC tecniche per mese	Numero NC tecniche	Riduzione 10% YoY	Mensile
% CAPA chiuse entro SLA	CAPA chiuse entro scadenza / totale	≥ 90%	Mensile
% efficacia confermata a 3 mesi	CAPA con efficacia confermata / totale verificate	≥ 85%	Trimestrale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD187_00	Modulo	NC tecnica del Laboratorio
TD-SGI-PRO071_00	Procedura	Gestione del rischio (input da NC ricorrenti)
TD-SGI-PRO081_00	Procedura	Reclami clinici (origine di NC)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di gestione NC tecniche e CAPA conforme a ISO 15189:2022 §8.5 e §8.7. Definisce identificazione, classificazione gravità 1-4, RCA con 5 Why/Ishikawa, CAPA, verifica efficacia a 3 mesi, trend analysis trimestrale.	RSGI / Direttore Laboratorio