

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA CONTROLLO PRESIDI DI EMERGENZA

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO009_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Censimento dei presidi di emergenza.....	4
5. Piano dei controlli periodici.....	4
5.1 Presidi antincendio.....	4
5.2 Presidi di primo soccorso e DAE.....	4
5.3 Presidi per rischio biologico e chimico.....	4
5.4 Vie di esodo e illuminazione di emergenza.....	5
5.5 Impianti di rivelazione e allarme.....	5
5.6 Segnaletica di sicurezza.....	5
6. Verifiche interne (a cura della struttura).....	5
7. Verifiche esterne (a cura di ditte specializzate).....	6
8. Gestione delle non conformità sui presidi.....	6
9. Registrazione e documentazione.....	6
10. Matrice delle responsabilità (RACI).....	6
11. Indicatori di processo.....	7
12. Storico delle revisioni.....	7

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il censimento, la verifica periodica, la manutenzione e la gestione delle non conformità di tutti i presidi di emergenza installati nelle strutture della rete Toscana Diagnostica. I presidi di emergenza comprendono le dotazioni antincendio, i presidi di primo soccorso, i defibrillatori semiautomatici, i presidi per il rischio biologico e chimico, le vie di esodo, l'illuminazione di emergenza, gli impianti di rivelazione e allarme e la segnaletica di sicurezza.

La procedura garantisce che ogni presidio sia sempre disponibile, funzionante, correttamente posizionato e conforme alla normativa vigente, in modo da assicurare una risposta efficace in caso di emergenza. Si applica a tutte le sedi operative della rete (Laboratorio centralizzato, centri diagnostici, punti prelievo, sedi amministrative) e si coordina con la procedura di Primo Soccorso (TD-SGI-PRO008) e con la procedura di Gestione del Rischio Biologico (TD-SGI-PRO007).

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
D.Lgs. 81/2008, artt. 43-46	Gestione emergenze, designazione addetti, obblighi del datore di lavoro
D.Lgs. 81/2008, Allegato IV	Requisiti dei luoghi di lavoro: vie di emergenza, illuminazione, segnaletica
DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021	Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro
DM 388/2003	Primo soccorso aziendale: dotazioni minime
UNI 9994-1:2013	Manutenzione estintori portatili e carrellati
UNI EN 671-3	Manutenzione naspi e idranti a muro
UNI 11224:2019	Controllo, manutenzione e sorveglianza impianti di rivelazione incendi
Legge 120/2001	Utilizzo DAE in sede extraospedaliera
ISO 45001:2018, cl. 8.2	Preparazione e risposta alle emergenze
D.Lgs. 81/2008, Allegato XXV-XXXII	Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro
TD-SGI-PRO007	Procedura Rischio Biologico – spill kit
TD-SGI-PRO008	Procedura Primo Soccorso – cassette, DAE

3. Termini e definizioni

Presidio di emergenza: qualsiasi dispositivo, apparecchiatura, dotazione o elemento infrastrutturale destinato alla prevenzione, alla rivelazione, alla segnalazione, al contenimento o alla gestione di situazioni di emergenza (incendio, emergenza medica, sversamento chimico/biologico, evacuazione).

Sorveglianza: controllo visivo periodico effettuato dal personale interno per verificare che i presidi siano nella posizione corretta, accessibili, apparentemente integri e non scaduti.

Manutenzione ordinaria: insieme di operazioni tecniche di verifica, prova e ripristino effettuate da personale qualificato, a intervalli regolari, per garantire il mantenimento delle prestazioni dei presidi.

Revisione / Collaudo: verifica approfondita effettuata da ditta specializzata a intervalli definiti dalla normativa tecnica, che può comportare lo smontaggio, la sostituzione di componenti e la prova funzionale del dispositivo.

4. Censimento dei presidi di emergenza

Il RSPP mantiene aggiornato il Registro dei Presidi di Emergenza, che contiene, per ciascun presidio e per ciascuna sede operativa: tipologia e descrizione, marca/modello/matricola, posizione (piano, locale, identificativo), data di installazione, data di scadenza (ove applicabile), ditta responsabile della manutenzione, frequenza dei controlli interni e delle manutenzioni esterne. Il Registro è aggiornato in occasione di nuove installazioni, dismissioni, trasferimenti di presidi e variazioni delle sedi operative. Per le strutture acquisite, il censimento completo dei presidi è effettuato entro 30 giorni dal closing, con verifica della conformità e piano di adeguamento.

5. Piano dei controlli periodici

Il piano dei controlli si articola in verifiche interne (a cura del responsabile di struttura) e verifiche esterne (a cura di ditte specializzate qualificate). La tabella seguente riassume le tipologie di presidi, le verifiche e le cadenze.

5.1 Presidi antincendio

Presidio	Verifica	Cadenza	Tipo	Normativa
Estintori portatili	Posizione, accessibilità, cartellino, pressione manometro, integrità sigillo	Mensile	Interna	D.Lgs. 81/2008
Estintori portatili	Controllo funzionale completo con verifica peso, etichetta, componenti	Semestrale	Esterna	UNI 9994-1
Estintori portatili	Revisione con sostituzione agente estinguente	Secondo tipo agente	Esterna	UNI 9994-1
Estintori portatili	Collaudo serbatoio	Ogni 12 anni (CO2: 10)	Esterna	UNI 9994-1
Idranti / Naspi a muro	Accessibilità, integrità manichetta, presenza lancia	Mensile	Interna	D.Lgs. 81/2008
Idranti / Naspi a muro	Prova funzionale completa, verifica pressione	Semestrale	Esterna	UNI EN 671-3
Coperte antifiamma	Posizione, integrità confezionamento, accessibilità	Trimestrale	Interna	D.Lgs. 81/2008

5.2 Presidi di primo soccorso e DAE

Presidio	Verifica	Cadenza	Tipo	Normativa
Cassetta primo soccorso	Completezza contenuto, scadenza materiali, integrità	Mensile	Interna	DM 388/2003
DAE	Autotest, stato batteria, scadenza piastre, integrità teca	Giornaliero	Interna	L. 120/2001
DAE	Manutenzione tecnica completa, sostituzione batteria/piastre	Secondo scadenze	Esterna	Costruttore
Adrenalina autoiniettabile	Scadenza, integrità confezionamento, conservazione	Mensile	Interna	DS
Saturimetro / Sfigmomanometro	Funzionamento, taratura, integrità	Semestrale	Interna	ISO 45001

5.3 Presidi per rischio biologico e chimico

Presidio	Verifica	Cadenza	Tipo	Normativa
Spill kit biologico	Completezza materiali (assorbente, disinfettante, guanti, sacchi, istruzioni)	Trimestrale	Interna	TD-SGI-PRO007
Spill kit chimico	Completezza materiali (assorbente specifico, neutralizzante, DPI, sacchi)	Trimestrale	Interna	D.Lgs. 81/2008

Lavaocchi di emergenza	Funzionamento getto, pulizia ugelli, scadenza soluzione	Mensile	Interna	UNI EN 15154
Docce di emergenza	Funzionamento getto, accessibilità, drenaggio	Trimestrale	Interna	UNI EN 15154
Cappe biologiche (filtri HEPA)	Verifica integrità filtri, flusso laminare, allarmi	Annuale	Esterna	EN 12469

5.4 Vie di esodo e illuminazione di emergenza

Presidio	Verifica	Cadenza	Tipo	Normativa
Vie di esodo	Percorribilità, assenza di ostacoli, apertura porte, maniglioni antipánico	Mensile	Interna	D.Lgs. 81/2008 All. IV
Illuminazione di emergenza	Funzionamento (test a interruzione rete), autonomia, integrità plafoniere	Mensile	Interna	UNI EN 1838
Illuminazione di emergenza	Prova autonomia completa (90 minuti)	Annuale	Esterna	UNI EN 50172
Porte tagliafuoco	Chiusura completa, integrità guarnizioni, maniglione, magneti di ritegno	Semestrale	Esterna	UNI EN 1634

5.5 Impianti di rivelazione e allarme

Presidio	Verifica	Cadenza	Tipo	Normativa
Centrale rivelazione incendi	Funzionamento generale, segnalazioni di guasto, batteria tampone	Mensile	Interna	UNI 11224
Rivelatori di fumo / calore	Prova funzionale a campione (almeno 25%)	Semestrale	Esterna	UNI 11224
Pulsanti manuali di allarme	Prova funzionale di tutti i pulsanti	Semestrale	Esterna	UNI 11224
Sirene di allarme	Prova sonora, copertura acustica	Semestrale	Esterna	UNI 11224
Sistema di diffusione sonora / EVAC	Prova funzionale, intelligibilità messaggi	Annuale	Esterna	UNI EN 54-16

5.6 Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza e di emergenza (cartelli di divieto, obbligo, pericolo, salvataggio, antincendio) è verificata trimestralmente dal responsabile di struttura. La verifica accerta: presenza e posizione corretta, visibilità e leggibilità, integrità, conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, Allegati XXV-XXXII), coerenza con la planimetria di emergenza affissa. I cartelli deteriorati, non più leggibili o non conformi sono sostituiti entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione.

6. Verifiche interne (a cura della struttura)

Le verifiche interne sono eseguite dal responsabile di struttura o da un suo delegato specificamente incaricato, utilizzando la Checklist Controllo Presidi di Emergenza (TD-SGI-MOD004). La checklist è strutturata per tipologia di presidio e prevede, per ciascun elemento: verifica eseguita (conforme/non conforme), data, firma del verificatore, note e azioni correttive. Le checklist compilate sono archiviate nella sede e trasmesse al RSPP con cadenza trimestrale. In caso di non conformità critica (presidio assente, non funzionante o inaccessibile), il responsabile di struttura informa immediatamente il RSPP e attiva le azioni di ripristino.

7. Verifiche esterne (a cura di ditte specializzate)

Le verifiche esterne sono affidate a ditte specializzate qualificate, selezionate secondo la procedura di approvvigionamento del SGI e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa di settore. Il RSPP mantiene l'elenco delle ditte incaricate e il calendario delle manutenzioni programmate. Al

termine di ogni intervento, la ditta rilascia un verbale di intervento con l'esito delle verifiche, le eventuali non conformità riscontrate, gli interventi effettuati e le raccomandazioni. Il verbale è archiviato nel fascicolo del presidio e inserito nel Registro dei Presidi di Emergenza. Il RSPP verifica la coerenza degli interventi con il piano di manutenzione e segnala eventuali ritardi o inadempienze.

8. Gestione delle non conformità sui presidi

Le non conformità riscontrate sui presidi di emergenza sono classificate in due livelli:

Non conformità critica: presidio assente, non funzionante, inaccessibile, scaduto (per materiali con scadenza) o non conforme a requisiti cogenti. L'azione correttiva è immediata: il presidio deve essere ripristinato, sostituito o reso accessibile entro 24 ore. Il Magazzino centrale dell'Azienda dispone sempre di n. 2 dispositivi di back-up che permette la sostituzione immediata del dispositivo. Inoltre, come da comunicazione alla Centrale 118, l'Azienda dispone di mappa di distribuzione delle Strutture Sanitarie di Toscana Diagnostica dotate di presidio di emergenza. Se il ripristino non è possibile entro tale termine, il RSPP adotta misure compensative temporanee (presidio alternativo, segnalazione, restrizione d'accesso all'area) e documenta la situazione.

Non conformità minore: anomalia non critica che non compromette la funzionalità immediata del presidio (cartellino scaduto ma estintore funzionante, segnaletica sbiadita ma leggibile, teca DAE con allarme acustico non funzionante ma DAE operativo). L'azione correttiva è pianificata entro 15 giorni lavorativi.

Tutte le non conformità sono registrate nel Registro delle NC dei Presidi, con indicazione della data di rilevazione, della descrizione, della classificazione (critica/minore), dell'azione correttiva adottata, del responsabile, della data di chiusura e della verifica di efficacia. Le NC critiche ripetute sono oggetto di analisi delle cause e di azioni preventive, con informativa al RSPP e al RSGI per l'inclusione nel Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002).

9. Registrazione e documentazione

La documentazione relativa al controllo dei presidi di emergenza comprende: il Registro dei Presidi di Emergenza (inventario completo per sede); le Checklist di Controllo compilate (TD-SGI-MOD004); i verbali di manutenzione delle ditte esterne; il Registro delle NC dei Presidi; i certificati di conformità e le dichiarazioni di corretta installazione; le planimetrie di emergenza aggiornate con la posizione dei presidi. La documentazione è conservata per almeno 10 anni ed è disponibile per il RSPP, il RSGI, il Medico Competente e per le autorità di vigilanza (ASL, Vigili del Fuoco).

10. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	RSPP	Resp. str.	RSGI	Ops/Maint	Ditta est.
Censimento presidi	R	C	I	I	–
Verifiche interne mensili	–	R	I	–	–
Verifiche interne trimestrali	I	R	I	–	–
Manutenzioni esterne programmate	A	I	I	C	R
Gestione NC critica	R	R	I	C	C
Gestione NC minore	I	R	I	R	–
Aggiornamento Registro Presidi	R	C	I	–	–
Reporting trimestrale al RSPP	I	R	I	–	–
Input per Riesame Direzione	R	I	R	–	–

11. Indicatori di processo

Completezza verifiche interne: percentuale di verifiche interne effettuate rispetto al piano. Obiettivo: 100%.

Completezza manutenzioni esterne: percentuale di manutenzioni esterne effettuate nei termini previsti. Obiettivo: 100%.

NC critiche sui presidi: numero di NC critiche per trimestre. Obiettivo: zero.

Tempo medio di ripristino NC critica: obiettivo: entro 24 ore.

NC minori chiuse nei termini: percentuale di NC minori chiuse entro 15 giorni lavorativi. Obiettivo: 100%.

Presidi scaduti o non conformi: numero di presidi con materiali scaduti rilevati durante le verifiche. Obiettivo: zero.

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani