

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

TASSONOMIA EVENTI AVVERSI ICPS WHO

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD209_00	00	30/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Risk Manager Clinico + RSGI	AD – Francesco Epifani	Riservato Alta Direzione + Direttore Sanitario	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo

Il presente modulo costituisce il registro di classificazione degli eventi avversi e dei near miss occorsi nei processi sanitari di Toscana Diagnostica S.r.l., adottando la tassonomia internazionale ICPS (International Classification for Patient Safety) elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nel 2009 e successivi aggiornamenti.

Il modulo è in attuazione di ISO 7101:2023 §7.5 (Patient Safety Reporting), del DM 11/01/2024 (Sistema Nazionale per la Sicurezza dei Pazienti), e si interfaccia con la Procedura SEA/RCA TD-SGI-PRO092 e con il Cruscotto Indicatori Patient Safety TD-SGI-MOD210.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
WHO - International Classification for Patient Safety (ICPS) 2009	Tassonomia di riferimento
ISO 7101:2023 §7.5	Patient Safety Reporting
DM 11/01/2024	Sistema Nazionale per la Sicurezza dei Pazienti - obblighi di reporting
Raccomandazioni Ministero Salute n. 1-19	Eventi sentinella e raccomandazioni cliniche
TD-SGI-PRO092	Procedura SEA/RCA Patient Safety
TD-SGI-MOD210	Cruscotto Indicatori Patient Safety
TD-SGI-PLN005	Piano obiettivi rischio clinico

3. Definizioni ICPS

Termine	Definizione (ICPS WHO)
Patient Safety Incident	Evento o circostanza che ha determinato o avrebbe potuto determinare un danno non necessario al paziente
Adverse Event (Evento Avverso)	Incidente che ha determinato un danno al paziente
No Harm Incident	Incidente che ha raggiunto il paziente senza causare danno discernibile
Near Miss	Incidente che non ha raggiunto il paziente
Sentinel Event	Evento avverso di particolare gravità, indicativo di un grave malfunzionamento del sistema, che determina morte o grave danno al paziente
Reportable Circumstance	Circostanza nella quale c'era potenziale di danno significativo
Hazard	Circostanza, agente o azione con potenziale di causare danno

4. Tassonomia in 10 classi ICPS - applicazione TD

#	Classe ICPS	Definizione	Esempi nel contesto TD
1	Tipologia di incidente	Categoria primaria - cosa è successo	Errore di identificazione, errore di accettazione, errore analitico, errore di refertazione, errore di trasporto campione, errore IT/LIS
2	Esito per il paziente	Conseguenza clinica diretta	No harm / Mild harm / Moderate harm / Severe harm / Death

3	Caratteristiche del paziente	Profilo paziente impattato	Età, comorbidità, Cat. 9 GDPR (gravidanza, immunodepressione, etc.)
4	Caratteristiche dell'incidente	Circostanze - dove, quando, come	Sede, fascia oraria, tipologia esame, urgenza
5	Fattori contribuenti / pericoli	Cause prossimali e fattori predisponenti	Errore umano, procedura non rispettata, software bug, comunicazione carente, fatica operatore, supervisione carente
6	Esito organizzativo	Conseguenza per TD	Reclamo, contenzioso, sospensione di servizio, costo gestione, danno reputazionale
7	Misure di rilevazione	Come è stato individuato	Auto-rilevazione operatore, rilevazione paziente, rilevazione esterna (medico curante, audit), monitoraggio sistema
8	Fattori mitiganti	Cosa ha limitato il danno	Verifica HITL, double-check, tracciabilità, intervento tempestivo
9	Azioni di miglioramento	CAPA programmate / attuate	Cfr. PRO092 - SEA/RCA
10	Azioni intraprese per ridurre il rischio	Controlli preventivi rivisti	Revisione procedura, formazione, modifica IT, modifica organizzativa

5. Tabella di registro degli eventi avversi

Compilare per ogni evento avverso o near miss rilevato. Le evidenze dettagliate (RCA, CAPA, lesson learned) sono archiviate in PRO092 e collegate all'identificativo dell'evento.

#	Voce	Esempio compilazione
1	ID Evento (formato PSI-yyyy-####)	PSI-2026-0001
2	Data e ora dell'evento	12/05/2026 09:30
3	Data e ora di rilevazione (T0)	12/05/2026 11:00
4	Origine della segnalazione	Operatore / Paziente / Medico esterno / Audit / Sistema IT
5	Tipologia (cfr. §4 classe 1)	Es. errore di identificazione paziente
6	Sede / Reparto	Accettazione / Lab / Diagnostica / Radiologia
7	Esito paziente (cfr. §4 classe 2)	No harm / Mild / Moderate / Severe / Death
8	Categoria evento	Adverse Event / No Harm Incident / Near Miss / Sentinel Event / Reportable Circumstance
9	Caratteristiche paziente	[età, sesso, fragilità rilevanti]
10	Descrizione fattuale	[max 500 caratteri]
11	Fattori contribuenti (cfr. §4 classe 5)	[lista]
12	Misure di rilevazione (cfr. §4 classe 7)	[descrizione]
13	Fattori mitiganti (cfr. §4 classe 8)	[descrizione]
14	Sentinel Event? (Sì/No, motivazione)	Se Sì, attivazione obbligo Ministero Salute
15	Coinvolgimento Direttore Sanitario (Sì/No, data)	Per eventi medio-gravi
16	Open Disclosure paziente/famiglia (Sì/No, data, modalità)	Conformemente a ISO 7101 §7.4
17	Notifica obbligatoria SIMES Ministero (Sì/No, data)	DM 11/01/2024 - per Sentinel + casi specifici

18	Notifica Garante (Sì/No, data)	Se data breach correlato
19	Notifica Assicurazione RCT (Sì/No, data)	Per eventi con potenziale risarcitorio
20	RCA condotta (Sì/No, riferimento PRO092)	Cfr. PRO092
21	CAPA pianificate	[lista CAPA con scadenze]
22	Stato (Aperto / In gestione / Chiuso)	Chiuso
23	Data chiusura formale	[data]
24	Riferimento al fascicolo evidenze	Path archivio

6. Eventi sentinella ricorrenti per laboratorio - ricognizione preventiva

Evento sentinella ricorrente	Riferimento Salute	Min.	Frequenza attesa TD
Identificazione errata paziente con conseguente trasfusione/somministrazione errata	Raccom. n. 5 (id paziente)		Bassa - ma ad alto impatto
Errore di farmaco con esito letale o danno grave	Raccom. n. 7 (errori terapia)		Bassa - TD non eroga terapie strutturate
Errore di laboratorio: scambio campione, contaminazione, risultato falso	Raccom. n. 14 (lab + endoscopia)		Bassa con copertura ISO 15189
Errore radiologico: diagnosi mancata o errata di patologia tumorale	Raccom. n. 12 (esami diagnostici)		Bassa - HITL rinforzato
Suicidio o tentato suicidio in struttura sanitaria	Raccom. n. 4		Molto bassa - non applicabile per ambulatori diurni
Errore di trasfusione (non applicabile a TD)	Raccom. n. 5		Non applicabile
Decesso/grave danno per insufficiente monitoraggio paziente	Raccom. n. 11		Bassa - applicabile per eventi acuti durante esame

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione del modulo Tassonomia Eventi Avversi ICPS WHO in Area 07 Rischio Clinico in attuazione di ISO 7101 §7.5 e DM 11/01/2024. Adotta la tassonomia in 10 classi WHO con declinazione operativa TD. Si interfaccia con TD-SGI-PRO092 SEA/RCA e TD-SGI-MOD210 Cruscotto Indicatori Patient Safety. Chiude la NC P1 #18 del RPT003.	Risk Manager Clinico + RSGI	AD