

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MODULO DI CONTROLLO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE)

Area 11 – HTA / Facility Management

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD020_00	00	12/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / RSPP	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

**Rif.: TD-SGI-PRO008 (Primo Soccorso) · TD-SGI-PRO009 (Presidi Emergenza) · D.Lgs.
81/2008**

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

IDENTIFICAZIONE DEL DAE	
Codice inventario	
Marca e modello	
Numero di serie	
Sede e posizione esatta (piano, locale, segnaletica)	
Data di messa in servizio	
Scadenza piastre (elettrodi)	
Scadenza batteria	

Elemento da verificare	OK	KO	Note / Scadenza / Lotto
DAE presente nella postazione assegnata e accessibile			
Segnaletica di localizzazione visibile e integra			
Indicatore di stato (LED): pronto all'uso			
Autotest periodico superato (verificare display o indicatore)			
Piastre (elettrodi): confezione integra, non scadute			
Batteria: livello di carica sufficiente, non scaduta			
Custodia / teca integra e pulita			
Registro degli interventi presente e aggiornato			

[illegible]

Operatore – Firma e data	Responsabile – Firma e data