

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

GESTIONE DELLE MODIFICHE

Area 14 – Operations

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO100_00	00	04/05/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
COO + RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuito a tutto il personale operativo	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura disciplina la gestione delle modifiche a processi, sistemi, procedure, organizzazione e tecnologie di Toscana Diagnostica S.r.l. al fine di assicurarne la pianificazione, la valutazione di impatto, l'autorizzazione, l'implementazione controllata e la verifica post-implementazione, in coerenza con i requisiti di ISO 9001:2015 §6.3 (Pianificazione delle modifiche) e §8.5.6 (Controllo delle modifiche), ISO 27001:2022 §A.8.32 (Gestione del cambiamento), ISO 15189:2022 §6.3 (Risorse e gestione delle modifiche), Reg. UE 2024/1689 (AI Act) per le modifiche ai sistemi AI, Reg. UE 2017/746 (IVDR) per le modifiche post-marketing.

Si applica a tutte le modifiche significative che impattano: processi clinici e analitici di laboratorio; sistemi informativi (LIS, RIS, PACS, integrazioni AI); strumentazione diagnostica; assetto organizzativo (ruoli, responsabilità); procedure del SGI; politiche aziendali; locali e infrastrutture.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
ISO 9001:2015 §6.3 + §8.5.6	Pianificazione e controllo delle modifiche
ISO 27001:2022 §A.8.32	Change Management ICT
ISO 15189:2022 §6.3	Modifiche su risorse e processi del laboratorio
Reg. UE 2024/1689 (AI Act)	Modifiche sostanziali ai sistemi AI ad alto rischio (artt. 16-17)
Reg. UE 2017/746 (IVDR) art. 87	Modifiche post-immissione in commercio
TD-SGI-POL001	Politica integrata
TD-SGI-PRO018	Procedura ICT Change Management (presidio specifico ICT)
TD-SGI-PRO085	AI Governance (per modifiche AI)
TD-SGI-PRO101	Output Non Conformi (interfaccia per esiti negativi delle modifiche)
TD-SGI-MOD144	Risk Register

3. Tipologie di modifiche e perimetro

Categoria	Esempi	Livello di formalizzazione
Modifica MAGGIORE (Major Change)	Adozione nuova strumentazione di laboratorio; introduzione nuovo sistema AI ad alto rischio; cambio sede; modifica di POL001 o di PRO chiave; modifica organizzativa con cambio responsabilità	Procedura completa con valutazione di impatto multidisciplinare + autorizzazione AD
Modifica SIGNIFICATIVA (Significant Change)	Aggiornamento maggiore software LIS/RIS; modifica di un metodo analitico già in uso; introduzione nuovo kit IVD; modifica di una IDL operativa; ristrutturazione di un locale	Procedura semplificata con valutazione di impatto + autorizzazione COO/Direttore di area
Modifica MINORE (Minor Change)	Patch software; piccoli adeguamenti documentali; cambio fornitore equivalente; modifica organizzativa interna senza impatto su responsabilità	Tracciatura semplice + autorizzazione del responsabile di funzione
Modifica EMERGENZIALE	Modifica urgente per safety/security incident; intervento per anomalia critica	Autorizzazione orale + tracciatura post-

		intervento entro 48h + revisione formale entro 7 gg
--	--	---

4. Procedura operativa

Step	Attività	Owner	Output
1. Identificazione	Identificazione della necessità di modifica e classificazione preliminare (Major/Significant/Minor/Emergency)	Funzione richiedente + COO	Richiesta di Modifica formalizzata
2. Valutazione di impatto	Analisi degli impatti su: qualità, sicurezza, salute lavoratori, ambiente, sicurezza informazioni, privacy, conformità normativa, costi, tempi, formazione, procedure, contratti	Team multidisciplinare (COO + RSGI + responsabili area + IT Manager + DPO + RSPP a seconda della modifica)	Scheda valutazione impatto
3. Risk assessment	Valutazione dei rischi specifici introdotti dalla modifica + verifica eventuali risorse aggiuntive necessarie + impatti sui controlli esistenti	RSGI + responsabili area	Aggiornamento Risk Register (MOD039)
4. Autorizzazione	Decisione formale di approvazione (per Major: AD + Riesame Direzione; per Significant: COO/Direttore di area; per Minor: responsabile di funzione)	Livello autorizzativo coerente	Autorizzazione tracciata
5. Pianificazione	Definizione cronoprogramma, owner, milestone, criteri di accettazione, piano formativo se necessario, piano comunicazione	COO + RSGI + funzioni coinvolte	Piano di implementazione
6. Implementazione controllata	Esecuzione della modifica con eventuale fase pilota (per modifiche IT: ambiente di test prima della produzione)	Funzione operativa	Implementazione tracciata
7. Verifica post-implementazione	Verifica del raggiungimento dei criteri di accettazione + assenza di output non conformi + funzionamento atteso (cfr. PRO101)	COO + RSGI + responsabili area	Verbale di accettazione
8. Aggiornamento documentale	Aggiornamento di POL/PRO/IDL/MOD impattati; aggiornamento REG006 ove necessario; comunicazione interna ed esterna	RSGI	Documenti SGI aggiornati
9. Formazione e comunicazione	Erogazione della formazione specifica al personale interessato (cfr. PLN007)	P&C + responsabili area	Registro formazione MOD033
10. Riesame e	Riesame della modifica al Riesame	AD + RSGI	Riesame

chiusura	della Direzione chiusura formale	successivo +		Direzione chiusura	+
----------	-------------------------------------	--------------	--	-----------------------	---

5. Modifiche specifiche su sistemi AI (coordinamento con PRO085)

Ai sensi del Reg. UE 2024/1689 (AI Act) artt. 16-17, ogni modifica sostanziale a un sistema AI ad alto rischio richiede una rivalutazione di conformità, l'aggiornamento della documentazione tecnica e — se applicabile — una nuova marcatura CE. Per TD, le modifiche sostanziali ai sistemi AI elencati nel Registro MOD197 attivano automaticamente:

- (a) coinvolgimento del Comitato AI Governance previsto da PRO085;
- (b) rivalutazione di classe di rischio AI Act (4 fasce);
- (c) aggiornamento della Scheda Onboarding MOD198;
- (d) eventuale notifica all'AI Office UE / AgID-ACN se la modifica configura un nuovo rischio significativo.

6. Modifiche specifiche su dispositivi IVD (coordinamento con PRO105)

Ai sensi dell'IVDR art. 82-87, le modifiche post-immissione in commercio (es. cambio di firmware, di reagenti, di metodologia) attivano l'eventuale segnalazione all'AIFA Banca Dati Vigilanza o al fabbricante per gli aggiornamenti di sorveglianza. Coordinamento operativo con la procedura TD-SGI-PRO105 Vigilanza Post-Market MDR/IVDR.

7. Modifiche di emergenza

Per modifiche di emergenza (security incident, safety incident, anomalia critica) si applica la procedura accelerata: (a) autorizzazione orale dal responsabile di area + AD/COO; (b) intervento immediato; (c) tracciatura post-intervento entro 48 ore (template di Richiesta di Modifica retroattiva); (d) riesame formale entro 7 giorni con valutazione di impatto retrospettiva e CAPA se necessario.

8. KPI di processo

KPI	Target
% modifiche con valutazione di impatto documentata	100% (Major + Significant); ≥ 90% (Minor)
% modifiche con verifica post-implementazione completata nei tempi	≥ 95%
Tempo medio dalla richiesta all'autorizzazione (Major)	≤ 60 giorni
% modifiche di emergenza con tracciatura retroattiva entro 48h	100%
Numero output non conformi rilevati post-modifica (cfr. PRO101)	Tracciato + analisi cause
% personale formato sulle modifiche significative entro 30 gg dall'implementazione	≥ 95%

9. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	04/05/2026	Prima emissione della Procedura Gestione delle Modifiche in Area 14 Operations in attuazione di ISO 9001 §6.3 + §8.5.6, ISO 27001 §A.8.32, ISO 15189 §6.3, AI Act artt. 16-17, IVDR art. 87. 4 categorie di modifiche (Major/Significant/Minor/Emergency); procedura operativa a 10 step; coordinamenti specifici con PRO085 (modifiche AI), PRO105 (modifiche IVD), PRO018 (modifiche ICT specifiche), PRO101 (output non conformi).	COO + RSGI	AD