

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

GESTIONE DEGLI OUTPUT NON CONFORMI

Area 14 – Operations

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO101_00	00	04/05/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
COO + RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuito a tutto il personale operativo	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura disciplina la gestione degli output non conformi (Non-Conforming Output) di Toscana Diagnostica S.r.l. — ovvero prodotti, servizi, processi o referti che non soddisfano i requisiti specificati — al fine di prevenirne l'uso non intenzionale, identificarne le cause, attuare le azioni correttive e prevenire la ricorrenza, in coerenza con ISO 9001:2015 §8.7 (Controllo degli output non conformi), §10.2 (Non conformità e azioni correttive), ISO 7101:2023 §10.2 (Improvement / Patient Safety), ISO 15189:2022 §7.5 (Non-conformities — laboratorio).

Si applica a tutti gli output dei processi di TD: referti diagnostici, attività analitiche, controlli qualità, pulizie, manutenzioni, prestazioni amministrative; servizi forniti ai pazienti; prodotti acquistati che risultino difformi alle specifiche.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
ISO 9001:2015 §8.7	Controllo degli output non conformi
ISO 9001:2015 §10.2	Non conformità e azioni correttive
ISO 7101:2023 §10.2	Improvement — Patient Safety
ISO 15189:2022 §7.5	Non-conformities laboratorio medico
TD-SGI-PRO038	Gestione reclami, suggerimenti, ringraziamenti
TD-SGI-PRO081	Gestione reclami clinici del Laboratorio
TD-SGI-PRO092	SEA / RCA Patient Safety
TD-SGI-PRO100	Gestione delle Modifiche (interfaccia)
TD-SGI-MOD209	Tassonomia Eventi Avversi ICPS WHO
TD-SGI-MOD050	Registro reclami, suggerimenti e azioni correttive
TD-SGI-MOD188	Modulo reclamo clinico del Laboratorio

3. Tipologie di output non conformi

Tipologia	Esempi	Trattamento prevalente
Referto diagnostico errato (post-emissione)	Errore di refertazione, scambio referto, valore numerico errato	Richiamo immediato + emissione referto corretto + comunicazione open disclosure (PRO093) + RCA (PRO092)
Output analitico non conforme	Risultato CIQ fuori range, deriva analizzatore, contaminazione campione	Sospensione metodo + indagine causa + rilascio post-validazione
Campione non conforme (pre-analitica)	Campione emolizzato, scarso, mal etichettato, con doppia identificazione mancante	Rifiuto campione + comunicazione paziente + ripetizione prelievo
Prodotto fornitore non conforme	Reagente con specifiche difformi, kit IVD scaduto, strumentazione difettosa	Reso al fornitore + verifica qualifica fornitore (PRO034) + sostituzione lotto
Servizio amministrativo non conforme	Errore fatturazione, ritardo refertazione oltre SLA, comunicazione errata al paziente	Rettifica + reclamo cliente (PRO038) + CAPA
Prestazione clinica non conforme	Errata esecuzione procedura clinica, mancato rispetto protocollo	Sospensione + revisione procedura + formazione + RCA se grave
Output IT non	Errore software LIS/RIS, interfaccia	Coordinamento PRO018 ICT Change

conforme	rotta, perdita dati	Mgmt + PRO094 Vulnerability Mgmt + PRO070 NIS2 se data breach
----------	---------------------	---

4. Procedura operativa

Step	Attività	Owner	Output
1. Identificazione e segnalazione	Identificazione dell'output non conforme da chiunque (operatore, paziente, audit, controllo qualità) + segnalazione tracciata	Chi rileva	Segnalazione tracciata
2. Contenimento immediato	Azioni immediate per prevenire l'uso non intenzionale: blocco del processo, ritiro del referto, sospensione della strumentazione, etichettatura 'NON CONFORME'	Responsabile di funzione	Output isolato
3. Classificazione e valutazione gravità	Classificazione (cfr. §3); valutazione di gravità: lieve / moderata / grave / sentinel event	COO + responsabile area	Classificazione tracciata
4. Comunicazione al paziente (se output che lo riguarda)	Per referti errati: open disclosure ai sensi di PRO093; per scambi di campione: comunicazione e ripetizione	Direttore Sanitario	Verbale Open Disclosure
5. Trattamento dell'output	Decisione: correzione + rilascio / scarto / declassamento / accettazione con concessione (eccezionale, motivata)	COO + responsabile area	Decisione tracciata
6. Analisi delle cause (RCA)	Per output di gravità ≥ moderata: analisi delle cause radice (Ishikawa, 5-whys, Reason Swiss Cheese — cfr. PRO092 per Patient Safety)	Team multidisciplinare	RCA documentata
7. Azione correttiva (CAPA)	Definizione delle azioni correttive sulle cause + azioni preventive sulle ricorrenze; assegnazione owner e scadenze	COO + RSGI + responsabili	CAPA con timeline
8. Implementazione e verifica efficacia	Implementazione delle CAPA + verifica di efficacia a 30/60/90 giorni	Owner CAPA	Verbale chiusura
9. Aggiornamento procedurale	Eventuale aggiornamento di POL/PRO/IDL/MOD impattati (interfaccia con PRO100 Change Management)	RSGI	Documenti aggiornati
10. Reporting e	Reporting periodico al Riesame	RSGI	Cruscotto Output

Lessons Learned	della Direzione + condivisione lessons learned al personale	Non Conformi
-----------------	---	--------------

5. Concessione (eccezionale)

In casi eccezionali e motivati può essere autorizzata l'accettazione con concessione di un output non conforme — ovvero il rilascio dell'output anche in presenza di non conformità — quando:

- (a) la non conformità non impatta su sicurezza paziente, accuratezza diagnostica, requisiti di legge;
- (b) il rilascio è autorizzato in forma scritta dal Responsabile di area + Direttore Sanitario (per output clinici);
- (c) la concessione è tracciata in apposito registro con motivazione, autorizzante, decorrenza, scadenza;
- (d) la concessione attiva comunque una CAPA per evitare la ricorrenza.

Le concessioni sono oggetto di reporting trimestrale al Riesame della Direzione.

6. Indicatori sintetici e cruscotto

KPI	Target
Numero output non conformi rilevati / 1.000 prestazioni	Tracciato (sotto-segnalazione = rischio; il numero in sé non è negativo)
% output non conformi con contenimento immediato entro 1h dall'identificazione	≥ 95%
% output non conformi con RCA completata entro tempistiche	≥ 90%
% CAPA chiuse entro la scadenza	≥ 90%
% efficacia verificata a 90gg	≥ 85%
Numero referti errati post-emissione / 10.000 referti	≤ 1 (target settoriale ≤ 0,1‰)
Numero concessioni autorizzate / anno	Tracciato + analisi cause
% output non conformi con esito Patient Safety = nessun harm	≥ 99%

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	04/05/2026	Prima emissione della Procedura Gestione degli Output Non Conformi in Area 14 Operations in attuazione di ISO 9001 §8.7 + §10.2, ISO 7101 §10.2, ISO 15189 §7.5. 7 tipologie di output non conformi censite con trattamento prevalente; procedura operativa a 10 step; gestione delle concessioni eccezionali con autorizzazione tracciata; cruscotto KPI con 8 indicatori; coordinamento operativo con PRO038/PRO081 (reclami), PRO092 (RCA Patient Safety), PRO093 (Open Disclosure), PRO100 (Change Management), PRO018/PRO094/PRO070 (presidi ICT specifici).	COO + RSGI	AD