

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE RM COLANGIOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
della colangio-RM con mezzo di contrasto

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF039_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cosa è la RM colangiografia con mezzo di contrasto

La colangiografia mediante risonanza magnetica con mezzo di contrasto è un esame avanzato che visualizza le vie biliari e pancreatiche con iniezione di un agente di contrasto a base di gadolinio. L'esame migliora la visibilità dei dettagli anatomici e consente una valutazione accurata delle strutture biliopancreatiche.

1. Preparazione all'esame

Istruzione	Dettaglio
Arrivo	Presentarsi almeno 30 minuti prima dell'esame
Digiuno	Necessario digiuno da cibi solidi e liquidi da 6 ore prima dell'esame
Medicinali	Prendere regolarmente eventuali medicinali in uso
Esami preliminari	Eseguire il dosaggio della creatinemia (da non oltre un mese dalla data dell'esame)
Allergie	Segnalare eventuali allergie; contattare Toscana Diagnostica per valutare eventuale preparazione antiallergica
Metformina	In caso di diabete con metformina, sospenderla 48 ore prima e dopo l'esame

È obbligatorio un accompagnatore che rimanga durante l'esame.

2. Controindicazioni

La risonanza magnetica non può essere eseguita in portatori di pacemaker, clips chirurgiche non compatibili con RM (in particolare per interventi eseguiti prima del 2000), protesi del cristallino (segnalarne la presenza) e qualunque altro dispositivo elettronico o protesico di cui è utile conoscere marca e modello per valutare la compatibilità.

Togliere eventuali lenti a contatto. Protesi dentarie metalliche sia fisse che mobili, otturazioni, perni, capsule non rappresentano controindicazioni. Le pazienti sono invitate a presentarsi senza trucco e lacca per evitare artefatti.

È controindicata l'esecuzione dell'esame per le pazienti in gravidanza (presunta o in atto) durante il primo trimestre. Per gli esami nei trimestri successivi consultarsi preventivamente con il medico radiologo.

3. Procedura e sensazioni durante l'esame

Fase	Dettaglio
Posizionamento	Supini sulla tavola dell'esaminatore
Accesso venoso	Posizionamento di un catetere venoso prima dell'esame
Somministrazione contrasto	Il mezzo di contrasto sarà iniettato per via endovenosa durante l'esame
Durata	Circa 30-40 minuti

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Fase	Dettaglio

Durante l'iniezione del contrasto è possibile avvertire un leggero calore al braccio, sapore metallico in bocca o lieve nausea (raramente). Le reazioni al gadolinio sono rare, il personale medico è attrezzato per gestire qualsiasi eventualità.

4. Dopo l'esame

Al termine dell'esame il paziente rimane sotto osservazione per circa 15 minuti, dopodiché potrà riprendere le attività normali. Si raccomanda di bere abbondanti liquidi nelle ore successive per favorire l'eliminazione del contrasto.

5. Cosa portare con sé

Documento	Note
Documento di identità e tessera sanitaria	
Richiesta medica	Anche se specialistica
Risultati analitici (creatinina)	Eseguiti da non oltre un mese
Elenco farmaci assunti	
Precedenti esami di imaging	