

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE RISONANZA MAGNETICA - INFORMAZIONI GENERALI

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
della risonanza magnetica

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF041_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cosa è la Risonanza Magnetica

La risonanza magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che utilizza campi magnetici e onde radio per produrre immagini dettagliate degli organi e dei tessuti. Non utilizza radiazioni ionizzanti ed è considerata una tecnica sicura e non invasiva.

1. Preparazione - RM senza contrasto

Istruzione	Dettaglio
Digiuno	Non richiesto
Bevande eccitanti	Astenersi da caffè, tè o bevande eccitanti
Arrivo	Presentarsi 15 minuti prima dell'esame

2. Preparazione - RM con contrasto

Istruzione	Dettaglio
Arrivo	Presentarsi almeno 30 minuti prima dell'esame
Digiuno	Necessario digiuno da cibi solidi e liquidi da 6 ore prima dell'esame
Medicinali	Prendere regolarmente eventuali medicinali in uso
Esami preliminari	Eseguire il dosaggio della creatininemia (da non oltre un mese dalla data dell'esame)
Allergie	Segnalare eventuali allergie; contattare Toscana Diagnostica per valutare eventuale preparazione antiallergica
Metformina	In caso di diabete con metformina, sospenderla 48 ore prima e dopo l'esame

3. Controindicazioni

La risonanza magnetica non può essere eseguita in portatori di pacemaker, clips chirurgiche non compatibili con RM (in particolare per interventi eseguiti prima del 2000), protesi del cristallino (segnalarne la presenza) e qualunque altro dispositivo elettronico o protesico di cui è utile conoscere marca e modello per valutare la compatibilità.

Togliere eventuali lenti a contatto. Protesi dentarie metalliche sia fisse che mobili, otturazioni, perni, capsule non rappresentano controindicazioni. Le pazienti sono invitate a presentarsi senza trucco e lacca per evitare artefatti.

È controindicata l'esecuzione dell'esame per le pazienti in gravidanza (presunta o in atto) durante il primo trimestre. Per gli esami nei trimestri successivi consultarsi preventivamente con il medico radiologo.

4. Richiesta di sedazione

In caso di richiesta di sedazione è necessario il digiuno da cibi solidi da 5 ore e da cibi liquidi da 3 ore prima dell'esame. Per informazioni contattare Toscana Diagnostica per la premedicazione.

5. Donne in età fertile

Per le donne in età fertile, se non è possibile escludere con sicurezza uno stato di gravidanza certo o presunto, non si potrà eseguire l'esame. L'indagine può essere eseguita entro i primi 10 giorni dall'inizio del ciclo mestruale. Trascorsi 10 giorni, l'esame può essere effettuato solo se c'è stata astensione dai rapporti o se questi sono stati protetti. In caso di rapporti non protetti, attendere il successivo ciclo mestruale oppure eseguire il test beta-HCG (almeno 15 giorni dopo il rapporto).

6. Documentazione

Presentare sempre la richiesta medica (anche specialistica). Portare precedenti indagini strumentali e di laboratorio e segnalare eventuali terapie in atto. La durata dell'esame è variabile: tenere a disposizione 2-3 ore.