

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

REGOLAMENTO INTERNO DIAGNOSTICA RADIOLOGICA

Regolamento interno per l'esercizio dell'attività
di diagnostica radiologica con radiazioni ionizzanti

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-REG008_00	00	16/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento fa riferimento alla normativa attuale in materia di radioprotezione, in particolare al D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom). Tale regolamento si applica a tutto il personale operante nell'ambito diagnostico radiologico con radiazioni ionizzanti presso le strutture di Toscana Diagnostica S.r.l., incluso personale medico, TSRM, infermieristico e personale di supporto. È altresì riferito alle seguenti zone di attività:

- Sale diagnostiche Rx generali
- Sale diagnostiche mammografiche
- Sale diagnostiche OPT
- Sale diagnostiche TC
- Sale diagnostiche CBCT-MOC

2. PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE

Riferimento normativo: artt. 4-5 D.Lgs. 101/2020.

Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti devono essere giustificati prima di essere adottati presso Toscana Diagnostica S.r.l.

I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia, sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie.

Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate:

- A livello di tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali
- A livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII del D.Lgs. 101/2020

3. PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE (ALARA)

Riferimento normativo: art. 6 D.Lgs. 101/2020.

Ai fini dell'ottimizzazione della protezione dei lavoratori e del pubblico sono stabiliti vincoli di dose, come strumenti operativi per l'applicazione del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable).

Il datore di lavoro, su indicazione dell'Esperto di Radioprotezione, stabilisce:

- Vincoli di dose per l'esposizione professionale dei lavoratori
- Vincoli di dose per l'esposizione del pubblico
- Livelli Diagnostici di Riferimento (DRL) per le pratiche medico-radiologiche

La dose al paziente deve essere mantenuta al di sotto dei DRL applicabili, compatibilmente con gli obiettivi clinici dell'indagine.

4. LIMITI DI DOSE

Riferimento normativo: Titoli XI, XII, XIII D.Lgs. 101/2020.

I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:

- 20 mSv di dose efficace in un anno solare
- 20 mSv dose equivalente per il cristallino in un anno solare
- 500 mSv dose equivalente per la pelle in un anno solare
- 500 mSv dose equivalente per le estremità in un anno solare

I limiti di dose per gli individui della popolazione sono stabiliti in:

- 1 mSv di dose efficace per anno solare
- 15 mSv dose equivalente per il cristallino in un anno solare
- 50 mSv dose equivalente per la pelle in un anno solare

5. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Riferimento normativo: artt. 108-109 D.Lgs. 101/2020.

Il datore di lavoro è responsabile della radioprotezione presso Toscana Diagnostica S.r.l. e ha i seguenti obblighi non delegabili:

- Provvedere affinché le attrezzature medico-radiologiche siano adeguate agli usi previsti, corrette e mantenute in buone condizioni di funzionamento
- Nominare l'Esperto di Radioprotezione per le zone controllate
- Fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuale necessari
- Garantire la sorveglianza fisica mediante dosimetri e monitoraggi periodici
- Organizzare programmi di formazione e addestramento specifici sulla radioprotezione
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria autorizzata
- Mantenere registri e documentazione della radioprotezione

6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Riferimento normativo: art. 118 D.Lgs. 101/2020.

Ogni lavoratore è responsabile della propria salute e sicurezza e di quella degli altri presenti sul luogo di lavoro. I lavoratori devono:

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza personale e di quella delle altre persone
- Osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti
- Usare secondo le specifiche istruzioni ricevute i dispositivi di sicurezza, protezione e sorveglianza dosimetrica
- Segnalare immediatamente la mancanza, insufficienza o mancato funzionamento dei dispositivi di protezione
- Astenersi da operazioni che non sono di loro competenza
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal presente decreto
- Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Riferimento normativo: artt. 110-111 D.Lgs. 101/2020.

Il datore di lavoro organizza programmi di formazione e informazione sulla radioprotezione per:

- Dirigenti e preposti: formazione su obblighi e responsabilità nella gestione della radioprotezione
- Lavoratori esposti: formazione specifica sulla radioprotezione, utilizzo dei DPI e procedure di emergenza
- Personale non esposto: informazione sui rischi da radiazioni e comportamenti corretti nelle zone controllate

La formazione deve essere effettuata al momento dell'assunzione e ripetuta periodicamente secondo le disposizioni normative.

8. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E DEI LAVORATORI

Zone controllate: tutte le sale diagnostiche (Rx, mammografia, OPT, TC, CBCT-MOC) dove si eseguono esami radiologici. Accesso ristretto a personale autorizzato.

Zone sorvegliate: locali con tavoli di comando della TC, locali contigui alle zone controllate. Accesso controllato.

Classificazione dei lavoratori:

- Categoria A: lavoratori il cui corpo è suscettibile di ricevere dosi superiori a 6 mSv/anno
- Categoria B: lavoratori il cui corpo non è suscettibile di ricevere dosi superiori a 6 mSv/anno

9. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Autorizzato secondo le disposizioni dell'art. 134 del D.Lgs. 101/2020.

Visite mediche preventive: prima dell'assunzione o dell'incarico

Visite mediche periodiche: con frequenza stabilita dal Medico Autorizzato, almeno biennale
Visite mediche straordinarie: in caso di sospetto superamento di limiti di dose o di malattia professionale
Il Medico Autorizzato mantiene una documentazione completa della sorveglianza sanitaria ed è responsabile della valutazione dell'idoneità al lavoro.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette a provvedimenti disciplinari secondo il Codice Disciplinare di Toscana Diagnostica S.r.l.

Il presente regolamento deve essere affisso in tutti i locali dove si esercita attività radiologica.

Revisioni e aggiornamenti sono apportati quando necessario, in conformità alle evoluzioni della normativa.

Il Datore di Lavoro

L'Esperto di Radioprotezione

Il Medico Autorizzato
