

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MANUALE DEL LABORATORIO DI ANALISI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MAN002_00	00	28/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab e ai valutatori Accredia	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Manuale descrive il Sistema Qualità del Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica S.r.l. e il suo allineamento ai requisiti della norma UNI EN ISO 15189:2022. Il Manuale è il documento di riferimento del sistema gestionale del Laboratorio, integrato nel più ampio Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Toscana Diagnostica governato dal TD-SGI-MAN001_00.

Il Manuale si applica a tutte le attività del Laboratorio di Analisi: ricezione e gestione dei campioni biologici (fase pre-analitica), esecuzione delle prove analitiche (fase analitica), refertazione e comunicazione dei risultati (fase post-analitica). Copre l'intero ciclo della prestazione, dall'accettazione del paziente alla consegna del referto, includendo le attività di garanzia di qualità (CIQ, VEQ), la gestione delle apparecchiature, la qualifica del personale, la sicurezza biologica e la gestione del rischio.

Il perimetro tecnico iniziale di accreditamento ISO 15189 è definito nel Registro TD-SGI-REG014 (Registro delle prove accreditate). I successivi ampliamenti del perimetro saranno oggetto di revisione di questo Manuale.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022	Laboratori medici - Requisiti di qualità e competenza
ISO 22367:2020	Laboratori medici - Riduzione errori tramite gestione del rischio
ISO 15190:2020	Laboratori medici - Requisiti per la sicurezza
ISO/TS 22583:2019	Indicazioni per supervisor POCT
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 7101:2023	Qualità nelle organizzazioni sanitarie
Accredia RT-35 rev. 02	Prescrizioni per accreditamento laboratori medici
TD-SGI-MAN001_00	Manuale del Sistema di Gestione Integrato
TD-SGI-PLN008_00	Piano Operativo Accreditamento ISO 15189
TD-SGI-PRO041 ÷ PRO050	Procedure operative dell'Area 18 (anatomia, fasi, CIQ, VEQ, POCT, sicurezza, taratura, batteriologia)
TD-SGI-PRO071 ÷ PRO084	Nuove procedure ISO 15189 dell'Area 18
TD-SGI-IDL009 ÷ IDL025, IDL027 ÷ IDL033	Istruzioni di lavoro Area 18
TD-SGI-MOD051 ÷ MOD180, MOD185 ÷ MOD195	Moduli operativi Area 18
TD-SGI-REG011, REG012, REG014, REG015	Registri Area 18

3. Presentazione del Laboratorio

3.1 Identificativi del soggetto

Campo	Valore
Ragione sociale	Toscana Diagnostica S.r.l.
Partita IVA / Codice Fiscale	07528130482
REA	FI-709602
Capitale Sociale	€ 10.000,00 i.v.
Sede legale e direzionale	Viale Belfiore 55 — 50144 Firenze (FI)
Direttore Sanitario	Prof. Gian Luigi Taddei

Sede del Laboratorio centralizzato	(via di Pratignone 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI) — sede operativa principale)
Codice ATECO principale	86.91.01 — Attività di diagnostica per immagini e laboratori medici

3.2 Linee di servizio del Laboratorio

Il Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica eroga prove diagnostiche nelle branche seguenti, con perimetro di accreditamento ISO 15189 progressivo come definito nel REG014.

Branca di laboratorio	Stato accreditamento ISO 15189
Ematologia automatizzata	Perimetro iniziale Q4 2027
Chimica clinica	Perimetro iniziale Q4 2027
Coagulazione	Perimetro iniziale Q4 2027
Marcatori cardiaci e infiammatori	Perimetro iniziale Q4 2027 (subordinato a volumi)
Anatomia Patologica e Citologia	Ampliamento Y+1 (2028)
Microbiologia avanzata (colturali, antibiogramma, MALDI-TOF)	Ampliamento Y+1/Y+2
Biologia molecolare (PCR, oncologia molecolare)	Ampliamento Y+2/Y+3
Immunometria specialistica (ormoni, marker tumorali, allergologia)	Ampliamento Y+1
Tossicologia clinica e d'abuso	Ampliamento Y+2 (con catena di custodia MOD193)

4. Struttura organizzativa del Laboratorio

Il Laboratorio si articola sui ruoli previsti dalla ISO 15189 §5.2-5.4. La matrice di responsabilità per ciascun processo è definita nelle procedure operative; il quadro generale è il seguente.

Ruolo	Responsabilità principali	Riferimento ISO 15189
Direttore di Laboratorio	Responsabilità clinica e tecnica complessiva; approvazione del perimetro accreditato; validazione protocolli analitici; appropriatezza delle prove; firma dei referti di propria competenza	§5.2
Responsabile Qualità Laboratorio (RQL)	Presidio del Sistema Qualità; CIQ/VEQ; validazione metodi; gestione del rischio; audit interno tecnico; interfaccia con Accredia	§5.5, §5.6
Coordinatore Tecnico di branca (Ematologia, Chimica clinica, ecc.)	Responsabilità tecnica della singola branca; formazione personale; supervisione tecnica giornaliera	§5.4
Tecnici di Laboratorio	Esecuzione delle prove analitiche; CIQ giornaliero; controlli pre-firma del referto; gestione apparecchiature di routine	§6.2
Operatori di logistica e accettazione campioni	Accettazione, identificazione, smistamento dei campioni; controllo conformità	§7.2
RSGI	Coordinamento integrazione 15189-SGI multi-norma; audit di sistema; mantenimento documentazione SGI	§8 (Opzione A)
DPO	Gestione dati personali e clinici (GDPR); coordinamento con NIS2 per data breach	§4.2

5. Politica e obiettivi del Laboratorio

La politica del Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica si articola in cinque impegni espliciti, coerenti con la Politica integrata del SGI (TD-SGI-POL001_00).

1. Centralità del paziente: ogni prova è eseguita avendo come obiettivo prioritario la qualità clinica del referto e la sicurezza del paziente. Il Laboratorio aderisce ai principi della Patient Experience by Design integrando i requisiti della ISO 7101:2023.
2. Competenza tecnica: il Laboratorio garantisce la competenza dimostrata del proprio personale attraverso un sistema strutturato di qualifica, formazione continua e valutazione periodica delle competenze (PRO078).
3. Qualità misurabile: il Sistema Qualità è governato attraverso indicatori quantitativi (CIQ con regole Westgard, VEQ con esiti soddisfacenti, TAT, percentuale di NC tecniche, percentuale di reclami clinici) sottoposti a riesame trimestrale.
4. Imparzialità e riservatezza: il Laboratorio opera nel rispetto dei principi di imparzialità (ISO 15189 §4.1) e riservatezza (§4.2), con particolare attenzione alla gestione dei dati personali e clinici secondo il Reg. UE 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003.
5. Miglioramento continuo: il Laboratorio applica il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) attraverso audit interni, riesame della Direzione, gestione delle non conformità tecniche e azioni correttive (PRO082), partecipazione a programmi VEQ e benchmark esterni.

6. Sistema di gestione (Opzione A — ISO 15189 §8)

Il Laboratorio di Toscana Diagnostica adotta l'Opzione A della ISO 15189:2022 §8, ovvero un Sistema di Gestione del Laboratorio integrato nel più ampio Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Toscana Diagnostica conforme a UNI EN ISO 9001:2015. La struttura del Sistema di Gestione include: politica e obiettivi del Laboratorio (§5 di questo Manuale + POL001), controllo dei documenti (TD-SGI-PRO001 + REG006), controllo dei record (PRO001 + archivio Lab dedicato), audit interni (PRO020 + PRO084 specifico Lab), riesame della Direzione (PLN001 + dossier Lab dedicato), azioni per affrontare rischi e opportunità (PRO071 ISO 22367), miglioramento (PRO082 NC tecniche + CAPA).

7. Processi del Laboratorio

I processi del Laboratorio sono articolati nelle tre fasi classiche più i processi di supporto. Per ciascun processo sono richiamate le procedure operative di riferimento.

7.1 Fase pre-analitica (ISO 15189 §7.2)

Comprende la ricezione, identificazione, accettazione, smistamento, conservazione e gestione dei campioni biologici prima dell'analisi. Procedure di riferimento: PRO042 (fase pre-analitica), PRO035 (logistica campioni), PRO007 (rischio biologico). Moduli: REG011 (campioni in arrivo), REG012 (campioni in stato Prenotato), MOD194 (rifiuto/sostituzione campioni). Istruzioni: IDL010 (Transbag), IDL011 (prelievo, conservazione, trasporto). Gestione dei campioni urgenti: IDL032.

7.2 Fase analitica (ISO 15189 §7.3)

Esecuzione delle prove con metodi validati o verificati, con sistema di Controllo Interno di Qualità giornaliero e partecipazione a programmi di Valutazione Esterna di Qualità. Procedure: PRO043 (fase analitica), PRO046 (CIQ con regole Westgard), PRO045 (VEQ), PRO073 (validazione metodi),

PRO077 (incertezza di misura), PRO050 (batteriologia), PRO041 (anatomia patologica), PRO047 (POCT). Istruzioni: IDL030 (esecuzione CIQ giornaliero), IDL031 (verifica funzionale strumenti).

7.3 Fase post-analitica (ISO 15189 §7.4)

Validazione tecnica del referto, validazione clinica, refertazione, gestione dei valori critici, comunicazione del referto al cliente o al paziente. Procedure: PRO044 (fase post-analitica), PRO080 (comunicazione risultati e valori critici). Istruzioni: IDL013 (tabella valori critici), IDL027 (validazione tecnica del referto), IDL028 (chiamata al medico per valori critici), IDL015 (consegna referti). Moduli: MOD192 (registro chiamate per valori critici).

7.4 Processi di supporto

Comprendono: gestione del personale (PRO078), gestione delle apparecchiature (PRO049 esteso: qualifica IQ/OQ/PQ, manutenzione, taratura, archivio metrologico), gestione dei reagenti e materiali di consumo (MOD053 esteso, IDL029), gestione del LIS (PRO079), gestione dei laboratori service esterni (PRO083), gestione dei reclami clinici (PRO081), gestione delle non conformità tecniche e azioni correttive (PRO082), audit interno del Laboratorio (PRO084), gestione del rischio del Laboratorio (PRO071), sicurezza biologica (PRO072 + IDL033).

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione del Manuale del Laboratorio. Struttura completa allineata a ISO 15189:2022. Riferimento al Piano Operativo TD-SGI-PLN008_00 e al perimetro accreditamento iniziale (Ematologia, Chimica clinica, Coagulazione, Marcatori cardiaci). Integrato nel SGI di Toscana Diagnostica come Opzione A.	RSGL / Direttore Laboratorio