

## **TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.**

Sistema di Gestione Integrato

### **REGISTRO DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Documentazione delle attività di manutenzione ordinaria  
sugli strumenti di laboratorio

| Codice                  | Revisione          | Data            | Pagine    |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| <b>TD-SGI-MOD180_00</b> | 00                 | 27/04/2026      | 4         |
| Redatto da              | Approvato da       | Classificazione | Stato     |
| RSGI                    | Direzione Generale | Interno         | In vigore |

| Responsabile del Documento | RSGI           | Emissione del Documento |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Valentina Zezza            | Iacopo Cupelli | Francesco Epifani       |
| 04/05/2026                 | 04/05/2026     | 04/05/2026              |

**Toscana Diagnostica S.r.l.**

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.  
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

## 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente modulo ha lo scopo di documentare le attività di manutenzione ordinaria eseguite sugli strumenti di laboratorio di Toscana Diagnostica, in conformità ai requisiti di gestione delle apparecchiature previsti dalla ISO 15189:2022 e dalla ISO 9001:2015.

Si applica a tutti gli strumenti analitici e pre-analitici utilizzati presso il Laboratorio di Analisi, incluse le apparecchiature ausiliarie (centrifughe, frigoriferi, congelatori, ecc.).

## 2. Riferimenti normativi

| Norma              | Descrizione                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ISO 15189:2022     | Laboratori medici - Requisiti di qualità e competenza (cl. 6.4) |
| ISO 9001:2015      | Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti (cl. 7.1.3)      |
| D.Lgs. 81/2008     | Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro                         |
| Manuale produttore | Istruzioni specifiche di manutenzione dello strumento           |

## 3. Responsabilità

| Ruolo                    | Responsabilità                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Operatore di Laboratorio | Esecuzione delle manutenzioni ordinarie e compilazione del registro |
| Responsabile Laboratorio | Supervisione e verifica della corretta esecuzione                   |
| RSGI                     | Verifica periodica della documentazione e conformità                |

## 4. Identificazione dello strumento

|                      |  |
|----------------------|--|
| Sede                 |  |
| Tipologia strumento  |  |
| Produttore e modello |  |
| Numero di serie      |  |

## 5. Tipologie di manutenzione

Le manutenzioni ordinarie si classificano in base alla frequenza di esecuzione. Ciascuna tipologia è identificata da una sigla come riportato nella tabella seguente.

| Sigla | Tipologia                 | Descrizione attività |
|-------|---------------------------|----------------------|
| MG    | Manutenzione giornaliera  |                      |
| MS    | Manutenzione settimanale  |                      |
| MQ    | Manutenzione quindicinale |                      |

## 6. Registro delle manutenzioni eseguite

[illegible]

| Data | Sigla manutenzione | Nome e cognome operatore | Firma |
|------|--------------------|--------------------------|-------|
|      |                    |                          |       |
|      |                    |                          |       |
|      |                    |                          |       |
|      |                    |                          |       |
|      |                    |                          |       |

## 7. Note e osservazioni

In caso di anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria, l'operatore deve annotare il dettaglio dell'anomalia, sospendere l'utilizzo dello strumento se necessario e attivare la procedura di manutenzione straordinaria / gestione delle non conformità.

## 8. Storico revisioni

| Rev. | Data       | Descrizione modifica           | Redatto da | Approvato da |
|------|------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 00   | 27/04/2026 | Prima emissione in formato SGI | RSGI       | Direzione    |