

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MODULO DI VALIDAZIONE VERIFICA DEL METODO ANALITICO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD185_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

Il modulo costituisce il Dossier Tecnico per la validazione (per metodi nuovi/modificati) o la verifica delle prestazioni (per metodi commerciali IVD-CE) di un metodo analitico, ai sensi della ISO 15189:2022 §7.3.2 e §7.3.3 e in attuazione della procedura TD-SGI-PRO073. Si compila per ciascun metodo del perimetro accreditato e per ogni successivo ampliamento.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.2, §7.3.3	Validazione e verifica dei metodi
TD-SGI-PRO073_00	Validazione e verifica delle prestazioni
TD-SGI-PRO077_00	Tracciabilità metrologica e incertezza
EP05-A3, EP15-A3, EP09-A3, EP28-A3c CLSI	Linee guida metodologiche

4. Ruoli e responsabilità

Il RQL compila il modulo a valle dell'esecuzione operativa.

Il Direttore di Laboratorio firma il modulo per autorizzare l'introduzione operativa del metodo.

5. Modalità operative

Sezione 1 - Anagrafica del metodo

Campo	Valore
Analita	(es. Glicemia)
Codice metodo nel LIS	(es. GLU)
Strumento	(modello, matricola)
Reagente	(produttore, codice, lotto)
Tipologia	Validazione iniziale / Verifica delle prestazioni / Modifica
Materiale di calibrazione	(produttore, lotto, valore certificato)
Materiale di controllo CIQ	(2-3 livelli, produttore, lotti)
Data inizio attività	
Data fine attività	
RQL responsabile	

Sezione 2 - Parametri di prestazione verificati

Parametro	Numerosità minima	Risultato ottenuto	Criterio accettabilità	Esito
Precisione intra-serie (CV%)	≥ 20 misure × 2 livelli	(da compilare)	(specifica IVD)	OK / NC
Precisione inter-serie (CV%)	≥ 20 giorni × duplicato × 2 livelli			
Accuratezza (bias%)	Confronto con CRM o metodo riferimento		± 10% o specifica	
Intervallo di	≥ 20 soggetti sani		≥ 90% entro	

riferimento			intervallo	
LoD / LoQ	Campioni a basso titolo			
Linearità	≥ 5 livelli		R ² ≥0.995, recupero 95-105%	
Carry-over	Sequenze hi-lo		< 1% del livello alto	
Incertezza estesa U (k=2)	Calcolo combinato (PRO077)			

Sezione 3 - Conclusioni e firma

Conclusione del RQL: il metodo soddisfa / non soddisfa i criteri di accettabilità della ISO 15189:2022 e delle specifiche IVD del produttore.

Firma RQL: _____ Data: _____

Firma Direttore di Laboratorio (autorizzazione operativa): _____ Data: _____

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO073_00	Procedura	Validazione e verifica metodi
Allegati Dossier	Dataset	File excel con dati grezzi (su archivio elettronico Lab)

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Modulo di validazione/verifica metodo come Dossier Tecnico in attuazione di PRO073, conforme a ISO 15189:2022 §7.3.2 e §7.3.3.	RSGL / Direttore Laboratorio