

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITÀ (VEQ)

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO045_01	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente revisione 01 estende la procedura di gestione della Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) ai requisiti specifici della UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.7. La procedura disciplina la pianificazione delle partecipazioni a programmi VEQ con provider riconosciuti, la sottoposizione dei materiali, l'analisi degli esiti, la gestione degli esiti non soddisfacenti con apertura di NC tecnica e CAPA.

Si applica a tutti gli analiti del Laboratorio per i quali sono disponibili programmi VEQ e in modo prioritario alle prove del perimetro accreditato ISO 15189.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.3.7	Garanzia di qualità - VEQ
ISO/IEC 17043:2010	Valutazione della conformità - Schemi di prove valutative
TD-SGI-PRO046_01	CIQ con regole Westgard (rev 01 ISO 15189)
TD-SGI-PRO082_00	NC tecniche e CAPA
TD-SGI-MOD186_00	Modulo partecipazione VEQ
TD-SGI-MOD187_00	Modulo NC tecnica

3. Definizioni

Termine	Definizione
VEQ	Valutazione Esterna di Qualità - partecipazione a programmi di intercomparazione con provider riconosciuti
Provider VEQ	Organizzazione che gestisce programmi di intercomparazione (es. CRB, INSTAND, RIQAS, EQAS, AIPaC)
Z-score	Indice statistico di scostamento di un risultato dal valore consensus, espresso in numero di SD
Esito soddisfacente	Z-score $ Z \leq 2$ (95% di confidenza)

4. Ruoli e responsabilità

Il RQL pianifica le partecipazioni VEQ, gestisce le sottoposizioni, analizza gli esiti, redige MOD186.

Gli operatori di Laboratorio eseguono operativamente le sottoposizioni come campioni paziente normali (cieco).

Il Direttore di Laboratorio approva le CAPA per esiti non soddisfacenti.

5. Modalità operative

5.1 Pianificazione annuale

Il RQL definisce annualmente la matrice di partecipazione VEQ con priorità sulle prove del perimetro accreditato. Per ogni analita: provider, programma, frequenza dei cicli, costo. Approvazione del piano da parte del Direttore di Laboratorio.

5.2 Esecuzione

I materiali VEQ sono ricevuti, registrati su MOD186, sottoposti come campioni paziente normali (cieco) - NON identificati come VEQ allo strumento - per replicare le condizioni operative reali. I risultati sono dichiarati al provider entro la deadline.

5.3 Analisi degli esiti

Alla ricezione del report VEQ il RQL analizza: Z-score per ciascun analita, consenso del peer group, eventuali commenti del provider. Esito soddisfacente: $|Z| \leq 2$. Esito da rivedere: $2 < |Z| \leq 3$. Esito non soddisfacente: $|Z| > 3$.

5.4 Gestione esiti non soddisfacenti

Per ogni analita con esito non soddisfacente: apertura di NC tecnica su MOD187, RCA (analisi del CIQ del periodo, possibili interferenze, errori di esecuzione), CAPA con scadenza max 60 giorni, verifica di efficacia con il VEQ del ciclo successivo.

5.5 Reporting periodico

Riesame trimestrale aggregato delle prestazioni VEQ presentato al Direttore di Laboratorio.
Riesame annuale presentato in sede di Riesame della Direzione del SGI.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
% VEQ con esito soddisfacente	Esiti soddisfacenti / totale esiti	$\geq 95\%$	Trimestrale
% partecipazioni VEQ on-time	Partecipazioni con sottoposizione entro deadline / totale	100%	Trimestrale
% CAPA su VEQ chiuse a 60 gg	CAPA chiuse / totali aperte nel periodo	$\geq 90\%$	Trimestrale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD186_00	Modulo	Partecipazione VEQ
TD-SGI-MOD187_00	Modulo	NC tecnica
TD-SGI-PRO046_01	Procedura	CIQ (rev 01)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Revisione 01. Estensione ai requisiti ISO 15189:2022 §7.3.7. Aggiunto matrice di pianificazione annuale, criteri di accettabilità con Z-score, gestione esiti non soddisfacenti con MOD187, KPI di processo. Rispetto alla rev 00 mantiene il framework operativo già consolidato.	RSGL / Direttore Laboratorio