

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE DEL RISCHIO DEL LABORATORIO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO071_00	00	28/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo di gestione del rischio del Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica conformemente alla norma ISO 22367:2020 e ai requisiti della ISO 15189:2022 §5.6 e §7.2. Il processo di gestione del rischio ha lo scopo di identificare, valutare, trattare e monitorare in modo sistematico tutti i rischi che possono compromettere la qualità dei risultati analitici, la sicurezza dei pazienti e degli operatori, la continuità operativa del Laboratorio.

La procedura si applica a tutte le attività del Laboratorio, dalla fase pre-analitica alla post-analitica, comprese le attività di supporto (gestione apparecchiature, personale, fornitori, sistema informativo). Si integra con le procedure SGI di gestione del rischio clinico (TD-SGI-PRO015) e di gestione dei rischi del SGI (ISO 31000:2018) ed è coerente con la metodologia di Risk Management ISO/IEC 27005 utilizzata in Area 08.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
ISO 22367:2020	Laboratori medici - Riduzione errori tramite gestione del rischio
UNI EN ISO 15189:2022 §5.6, §7.2	Gestione del rischio nei laboratori medici
UNI EN ISO 31000:2018	Gestione del rischio - Linee guida generali
UNI EN ISO 14971:2020	Dispositivi medici - Applicazione della gestione del rischio
TD-SGI-MAN002_00	Manuale del Laboratorio di Analisi
TD-SGI-PLN008_00	Piano Operativo Accreditamento ISO 15189
TD-SGI-PRO015_00	Procedura di gestione del rischio clinico (Area 07)
TD-SGI-PRO082_00	Procedura di gestione delle non conformità tecniche e azioni correttive

3. Definizioni

Termine	Definizione
Rischio del Laboratorio	Combinazione della probabilità di accadimento di un evento indesiderato e della gravità delle sue conseguenze sulla qualità del risultato analitico o sulla sicurezza
Pericolo	Potenziabile fonte di danno
Errore di Laboratorio	Qualsiasi evento che si verifica in qualsiasi parte del ciclo del Laboratorio (pre/intra/post analitica) e che non garantisca la qualità del risultato per il paziente
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis - tecnica di analisi sistematica dei modi di guasto e dei loro effetti
RPN	Risk Priority Number - prodotto di gravità × probabilità × rilevabilità, utilizzato per prioritizzare i rischi
Action plan	Piano di azioni di mitigazione dei rischi con owner, milestone, evidenza di chiusura

4. Ruoli e responsabilità

Il Direttore di Laboratorio approva il Piano di Gestione del Rischio del Laboratorio, valida le valutazioni di rischio sui processi clinici critici, autorizza l'introduzione di nuovi metodi sulla base della valutazione del rischio.

Il RQL (Responsabile Qualità Laboratorio) coordina il processo di gestione del rischio, conduce la mappatura dei processi e l'analisi FMEA, propone le azioni di mitigazione e ne verifica l'efficacia, mantiene il Risk Register del Laboratorio aggiornato.

I Dirigenti Tecnici di branca contribuiscono all'analisi dei rischi specifici della propria branca e attuano le azioni di mitigazione assegnate.

Tutto il personale di Laboratorio segnala tempestivamente eventi e quasi-eventi che possono indicare rischi non ancora identificati.

Il RSGI presidia il coordinamento con il framework di gestione del rischio del SGI e l'integrazione con il rischio clinico (PRO015).

5. Modalità operative

5.1 Identificazione dei rischi

Il RQL conduce la mappatura iniziale dei processi del Laboratorio (pre/analitica/post) e identifica i pericoli per ciascun processo attraverso: revisione della letteratura ISO 22367 e raccomandazioni ministeriali sul rischio clinico in laboratorio; revisione storica delle non conformità del Laboratorio (analisi degli ultimi 24 mesi); brainstorming con il Team Lab per ciascuna branca; benchmark con segnalazioni di altre strutture pubblicate da ANIAC, SIBioC, ISS.

5.2 Valutazione del rischio (analisi FMEA)

Per ciascun pericolo identificato

si applica la metodologia FMEA con i seguenti criteri: Gravità (1-5), Probabilità (1-5), Rilevabilità (1-5). Il RPN risultante (1-125) classifica il rischio in 4 fasce: trascurabile (1-15), basso (16-40), medio (41-80), alto (81-125).

5.3 Trattamento del rischio

Per ciascun rischio classificato medio o alto si definisce un piano di azione comprensivo di: misure di mitigazione (tecniche, organizzative, formative), owner, milestone, evidenza di chiusura, riduzione attesa del RPN. I rischi alti devono essere portati in fascia media o bassa entro 6 mesi; i medi entro 12 mesi.

5.4 Monitoraggio e riesame

Il Risk Register è oggetto di riesame trimestrale da parte del Comitato Qualità del Laboratorio e annuale in sede di Riesame della Direzione del SGI. Ogni nuovo metodo, nuovo strumento, nuovo processo è sottoposto a valutazione del rischio prima dell'introduzione operativa.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
RPN medio del Risk Register	Media aritmetica del RPN sui rischi attivi	≤ 30 a regime	Trimestrale
% rischi alti chiusi in 6 mesi	Numero rischi alti chiusi entro 6 mesi / totale rischi alti aperti nel periodo	$\geq 80\%$	Trimestrale
Eventi avversi inattesi	Numero eventi avversi non previsti dal Risk Register	Riduzione 20% YoY	Annuale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-MOD187_00	Modulo	Non conformità tecnica del Laboratorio
TD-SGI-MOD010_00	Modulo	FMEA per analisi modi di guasto (riferimento Area 07)
Risk Register Lab	Foglio dinamico	Mantenuto dal RQL — non emesso come MOD del SGI

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di gestione del rischio del Laboratorio conforme a ISO 22367:2020 e ai requisiti ISO 15189:2022 §5.6 e §7.2. Definisce il framework di identificazione, valutazione (FMEA), trattamento e monitoraggio dei rischi del Laboratorio, integrato con il Risk Management del SGI (ISO 31000) e con la gestione del rischio clinico (TD-SGI-PRO015).	RSGI / Direttore Laboratorio