

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI SICUREZZA BIOLOGICA DEL LABORATORIO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO072_00	00	28/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura definisce i requisiti di sicurezza biologica nel Laboratorio di Analisi conformemente alla norma ISO 15190:2020 e ai requisiti della ISO 15189:2022 §6.3 e §7.3. Disciplina la classificazione dei gruppi di rischio biologico, l'utilizzo dei DPI, la gestione degli sversamenti, la decontaminazione delle superfici e degli strumenti, la gestione dei rifiuti biologici a rischio infettivo, la sorveglianza sanitaria del personale esposto, la gestione degli infortuni biologici (puntura accidentale, schizzi, contaminazione cute/mucose).

Si applica a tutto il personale del Laboratorio (tecnici, biologi, medici, personale di logistica) e a chiunque acceda alle aree operative del Laboratorio. Si integra con TD-SGI-PRO007 (Rischio biologico Area 5) per gli aspetti generali di sicurezza biologica aziendale (D.Lgs. 81/2008 Tit. X) e con TD-SGI-PRO068 (Gestione rifiuti sanitari Area 6) per il flusso di smaltimento.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
ISO 15190:2020	Laboratori medici - Requisiti per la sicurezza
UNI EN ISO 15189:2022 §6.3, §7.3	Sicurezza nelle strutture e nei processi del Laboratorio
D.Lgs. 81/2008 Titolo X	Esposizione ad agenti biologici
DM 28/09/1990	Norme di protezione dal contagio professionale
Direttiva 2010/32/UE	Prevenzione delle ferite da taglio e da punta in ospedali
TD-SGI-PRO007_00	Procedura di gestione del rischio biologico (Area 5)
TD-SGI-PRO048_00	Procedura di sicurezza del Laboratorio (Area 18)
TD-SGI-PRO068_00	Procedura di gestione dei rifiuti sanitari (Area 6)
TD-SGI-IDL003_00	Igiene delle mani
TD-SGI-IDL033_00	IDL Sicurezza biologica nelle attività

3. Definizioni

Termine	Definizione
Agente biologico	Microrganismo, coltura cellulare, endoparassita umano o particella infettiva (es. prione) capace di provocare infezioni, allergie o intossicazioni
Gruppo di rischio biologico	Classificazione 1-4 secondo il D.Lgs. 81/2008 in base alla pericolosità per l'operatore e alla diffusibilità nella popolazione
BSL (BioSafety Level)	Livello di contenimento biologico 1-4 (BSL-1 a BSL-4)
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale (camice, guanti, mascherina, occhiali, calzari)
Sversamento biologico	Fuoriuscita accidentale di materiale biologico potenzialmente infetto
Infortunio biologico	Esposizione accidentale dell'operatore a materiale biologico (puntura, taglio, schizzi su mucose o cute lesa)

4. Ruoli e responsabilità

Il Direttore di Laboratorio è responsabile della classificazione del gruppo di rischio biologico delle attività e della scelta del livello di contenimento BSL appropriato.

Il RSPP, in coordinamento con il Medico Competente, valida la valutazione del rischio biologico nel DVR e definisce la sorveglianza sanitaria del personale esposto.

Il RQL presidia la conformità operativa quotidiana ai requisiti di sicurezza biologica e le verifiche di efficacia delle misure di contenimento.

Gli operatori di laboratorio applicano le procedure operative di sicurezza biologica, utilizzano correttamente i DPI, segnalano tempestivamente sversamenti e infortuni.

5. Modalità operative

5.1 Classificazione delle aree e BSL

Il Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica opera prevalentemente a livello BSL-2 con aree dedicate a microbiologia che possono richiedere BSL-3 in funzione delle prove eseguite. La classificazione di ciascuna area è documentata nella mappa BSL del Laboratorio.

5.2 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Il personale che entra nelle aree di Laboratorio indossa DPI appropriati al BSL: camice abbottonato fino al collo, guanti monouso (doppio strato in caso di rischio di contatto prolungato), mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 in funzione delle prove, occhiali a tenuta laterale o schermo facciale per attività con rischio di schizzi. I DPI sono cambiati al cambio di area, in caso di contaminazione e a fine turno. Il dettaglio operativo è in IDL033.

5.3 Decontaminazione e gestione degli sversamenti

Le superfici di lavoro sono decontaminate a inizio e fine turno con disinfettante a base di ipoclorito di sodio 1.000 ppm o equivalente. In caso di sversamento biologico: copertura con materiale assorbente, decontaminazione con ipoclorito 10.000 ppm per 30 minuti, raccolta in contenitore per rifiuti a rischio infettivo, registrazione su MOD187 (NC tecnica). Procedura dettagliata in IDL033.

5.4 Gestione degli infortuni biologici

In caso di esposizione accidentale (puntura, taglio, schizzi): far sanguinare la ferita e lavare con acqua e sapone, decontaminare con disinfettante, accesso al Pronto Soccorso ospedaliero per profilassi post-esposizione (PEP) se indicata, segnalazione al Medico Competente, registrazione su MOD007 (consegna DPI Area 5) + MOD187 (NC tecnica) + Modulo Infortuni del SGI. La profilassi è gestita secondo i protocolli ASL di riferimento.

5.5 Smaltimento rifiuti biologici a rischio infettivo

Tutti i materiali contaminati o potenzialmente contaminati sono smaltiti come rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 18.01.03*) secondo la procedura aziendale TD-SGI-PRO068. Contenitori rigidi a tenuta per taglienti (puntoboxes), sacchi gialli per rifiuti biologici non taglienti.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Audit di sicurezza biologica	Numero di audit operativi superati su totale	100%	Trimestrale
Infortuni biologici per anno	Numero infortuni biologici notificati	Riduzione 20% YoY	Annuale
Personale formato sicurezza biologica	% personale Lab con formazione aggiornata	≥ 95%	Annuale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-IDL033_00	Istruzione	Sicurezza biologica nelle attività di Laboratorio
TD-SGI-PRO007_00	Procedura	Rischio biologico (Area 5)
TD-SGI-PRO048_00	Procedura	Sicurezza del Laboratorio (Area 18)
TD-SGI-MOD007_00	Modulo	Consegna DPI ai lavoratori (Area 5)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di sicurezza biologica del Laboratorio conforme a ISO 15190:2020 e ai requisiti ISO 15189:2022 §6.3 e §7.3. Disciplina classificazione BSL, DPI, decontaminazione, gestione sversamenti, infortuni biologici, smaltimento rifiuti.	RSGI / Direttore Laboratorio