

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E DEI VALORI CRITICI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO080_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura disciplina la comunicazione dei risultati di Laboratorio al prescrittore e al paziente, con particolare attenzione alla gestione tempestiva dei valori critici, conformemente alla ISO 15189:2022 §7.4.1 (rilascio dei risultati) e §7.4.4 (notifica immediata di risultati critici).

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §7.4.1, §7.4.4	Comunicazione e gestione valori critici
TD-SGI-IDL013_00	Tabella dei valori critici di Laboratorio
TD-SGI-IDL028_00	IDL Gestione dei valori critici (chiamata al medico)
TD-SGI-MOD192_00	Modulo registro chiamate per valori critici
TD-SGI-PRO044_00	Procedura fase post-analitica

3. Definizioni

Termine	Definizione
Valore critico	Risultato analitico che, se non comunicato tempestivamente al medico, può determinare un rischio significativo per il paziente
Soglia critica	Valore limite al di sotto/sopra del quale il risultato è classificato come critico
Tempo di comunicazione (TC)	Intervallo tra validazione del risultato critico e ricezione conferma del medico

4. Ruoli e responsabilità

Il Direttore di Laboratorio approva la tabella dei valori critici (IDL013) e ne aggiorna le soglie sulla base di evidenze cliniche e linee guida internazionali.

Gli operatori di Laboratorio identificano i valori critici durante la validazione tecnica e attivano il flusso di comunicazione.

Gli operatori di Laboratorio validano clinicamente prima della comunicazione al medico.

5. Modalità operative

5.1 Identificazione del valore critico

Al momento della validazione tecnica, il LIS segnala automaticamente i risultati che superano le soglie critiche definite in IDL013. Il Tecnico verifica che non ci siano errori pre-analitici (campione emolizzato, scarso, etichettatura errata) e attiva il flusso di comunicazione.

5.2 Validazione clinica

Il Responsabile Tecnico di branca valuta clinicamente il valore critico (es. coerenza con anamnesi, valori storici del paziente, possibili interferenze) e decide se confermare o ripetere l'analisi.

5.3 Chiamata al medico

Una volta confermato il valore critico, il Tecnico o Responsabile Tecnico contatta telefonicamente il medico prescrittore (o, se irreperibile, il medico di guardia / DEA / 118 in funzione della gravità). La chiamata è registrata su MOD192 (Registro chiamate per valori critici) con: ora chiamata, esame, valore, medico contattato, conferma ricezione, tempo di risposta. Procedura operativa dettagliata in IDL028.

5.4 Tracciabilità sul referto

Il referto del paziente con valore critico riporta una nota esplicita sul valore critico e sulla comunicazione effettuata al medico. La nota è generata automaticamente dal LIS quando il flusso di comunicazione è chiuso.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Tempo medio di comunicazione	Tempo medio tra validazione e conferma medico	≤ 30 minuti	Mensile
% valori critici comunicati entro SLA	Comunicazioni entro 30 min / totale	≥ 98%	Mensile
% valori critici tracciati su MOD192	Tracciamenti completi / totale valori critici	100%	Mensile

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-IDL013_00	Istruzione	Tabella dei valori critici di Laboratorio
TD-SGI-IDL028_00	Istruzione	Gestione dei valori critici - chiamata al medico
TD-SGI-MOD192_00	Modulo	Registro chiamate per valori critici

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di comunicazione risultati e valori critici conforme a ISO 15189:2022 §7.4.1 e §7.4.4. Definisce identificazione, validazione clinica, chiamata al medico, tracciabilità, target SLA 30 minuti.	RSGL / Direttore Laboratorio