

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI AUDIT INTERNO DEL LABORATORIO

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO084_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura disciplina la pianificazione, conduzione, reporting e follow-up degli audit interni del Laboratorio di Analisi conformemente alla ISO 15189:2022 §8.8. Si integra con la procedura aziendale TD-SGI-PRO020 (Gestione Audit interni del SGI, Area 10) e specifica i requisiti tecnici degli audit ISO 15189 condotti da auditor con qualifica specifica.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §8.8	Audit interno
UNI EN ISO 19011:2018	Linee guida per audit di sistemi di gestione
TD-SGI-PRO020_00	Audit interno del SGI (Area 10)
TD-SGI-MOD012_00	Modulo pianificazione audit
TD-SGI-MOD013_00	Checklist valutazione impatto interno

3. Definizioni

Termine	Definizione
Auditor 15189-qualificato	Auditor con esperienza documentata in audit di laboratori medici e formazione specifica ISO 15189:2022
Programma di audit	Pianificazione annuale degli audit con scope, auditee, auditor, tempistiche
NC d'audit	Non conformità rilevata durante l'audit
Osservazione	Suggerimento di miglioramento non vincolante

4. Ruoli e responsabilità

Il RSGI approva il programma annuale di audit del Laboratorio integrato con il programma audit del SGI.

Il RQL coordina la conduzione operativa degli audit del Laboratorio in modalità lead auditor o supportato da auditor esterno.

Il Direttore di Laboratorio riceve il rapporto di audit e approva le CAPA conseguenti.

5. Modalità operative

5.1 Programma annuale di audit

Pianificato dal RSGI in coordinamento con il RQL. Copre nell'arco di 3 anni l'integralità dei requisiti ISO 15189 e tutte le aree del Laboratorio. Include almeno: 1 audit di sistema (cap. 4-5 e 8), 1 audit di processo (cap. 7), audit tecnici per branca (almeno 1/anno per ciascuna branca accreditata).

5.2 Conduzione dell'audit

Apertura, esame documentale, ispezione operativa con osservazione diretta delle attività, intervista al personale, esame di evidenze (CIQ, VEQ, dossier metodi, registri, audit log LIS). Chiusura con presentazione preliminare delle NC rilevate.

5.3 Reporting

Rapporto formale entro 10 giorni lavorativi: scope, evidenze esaminate, NC rilevate (con riferimento puntuale al capitolo ISO 15189 violato), osservazioni, raccomandazioni. Il rapporto è trasmesso al Direttore di Laboratorio, RQL e RSGI.

5.4 Gestione NC e follow-up

Per ciascuna NC il Direttore di Laboratorio definisce CAPA con tempistica (60 giorni per NC maggiori, 90 per NC minori). Verifica di efficacia condotta dal RSGI. Tracciamento su MOD187.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Audit programmati eseguiti	Audit eseguiti / pianificati	100%	Annuale
NC chiuse entro SLA	NC chiuse entro 60-90 giorni / totale	≥ 90%	Trimestrale
Copertura triennale dei requisiti	% requisiti 15189 auditati nel triennio	100%	Triennale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO020_00	Procedura	Audit interno del SGI (Area 10)
TD-SGI-MOD012_00	Modulo	Pianificazione audit
TD-SGI-MOD187_00	Modulo	NC tecniche (per le NC d'audit)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di audit interno del Laboratorio conforme a ISO 15189:2022 §8.8. Specifica integrata con PRO020 SGI generale. Definisce programma triennale, conduzione, reporting, gestione NC, follow-up.	RSGI / Direttore Laboratorio