

Descrizione dell'esame

L'Holter ECG dinamico è una registrazione continua dell'attività elettrica cardiaca per un periodo prolungato (solitamente 24-48 ore) mediante piccoli sensori adesivi posizionati sul torace collegati a un registratore portatile. Consente di rilevare alterazioni del ritmo cardiaco e dell'ischemia miocardica durante le attività quotidiane.

Preparazione

Indicazione	Dettaglio
Puntualità	Presentarsi puntualmente all'ora stabilita
Torace (uomini)	È consigliato depilare il torace per migliore adesione degli elettrodi
Pelle	Non applicare creme, olii o lozioni sulla pelle del torace il giorno dell'esame

Che cosa portare

Prescrizione medica, carta di identità e tessera sanitaria, esami cardiologici precedenti se disponibili.

Durante il monitoraggio

Il dispositivo Holter sarà applicato al torace e collegato a un registratore che dovrà essere mantenuto con sé per tutta la durata del monitoraggio (24 o 48 ore). È necessario mantenere un diario dell'attività fisica, sintomi e situazioni stressanti riscontrate. Evitare docce e bagni per non bagnare il dispositivo. È possibile svolgere normali attività quotidiane.

Monitoraggio 48 ore

Se il monitoraggio prevede 48 ore, è necessario tornare dopo 24 ore per la sostituzione del registratore e la continuazione della registrazione.

Dopo l'esame

Non esistono effetti collaterali post-esame. Gli adesivi saranno rimossi durante la rimozione del dispositivo.