

TD-SGI-MOD018_00 · Rev. 00 · Manutenzione Programmata

DATI DELL'INTERVENTO	
Codice inventario apparecchiatura / impianto (da MOD014)	
Descrizione	
Marca / Modello / N. serie	
Sede e locale	
Tipo di manutenzione programmata	
Frequenza prevista da contratto / fabbricante	
Data dell'intervento	
Tecnico / Fornitore (nome, società)	
N. rapporto di intervento del fornitore	

Elemento da verificare	OK	KO	Note / Scadenza / Lotto
Apparecchiatura messa in sicurezza prima dell'intervento			
Intervento eseguito secondo le specifiche del fabbricante			
Parti soggette a usura sostituite (se previsto dal piano)			
Calibrazione eseguita (se prevista)			
Pulizia specialistica eseguita			
Aggiornamento firmware / software (se disponibile)			
Verifiche di sicurezza elettrica post-intervento (CEI EN 62353)			
Collaudo funzionale post-intervento superato			
Tutti i moduli e le stazioni operative dopo l'intervento			
Integrazioni IT verificate (LIS / DICOM / RIS se applicabile)			

ESITO E PROSSIMO INTERVENTO	
Esito complessivo (conforme / non conforme / con riserva)	
Riserve o anomalie riscontrate	
Ricambi utilizzati (descrizione e quantità)	
Tempo di fermo macchina (ore)	
Costo dell'intervento (EUR)	
Data prossima manutenzione programmata	

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD018_00 · Rev. 00 · Manutenzione Programmata

Aggiornamento effettuato (Sì / No)	MOD014
---	---------------

Operatore – Firma e data	Responsabile – Firma e data

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani