

Codice inventario	
Marca e modello	
Numero di serie	
Sede e posizione esatta (piano, locale, segnaletica)	
Data di messa in servizio	
Scadenza piastre (elettrodi)	
Scadenza batteria	

Elemento da verificare	OK	KO	Note / Scadenza / Lotto
DAE presente nella postazione assegnata e accessibile			
Segnaletica di localizzazione visibile e integra			
Indicatore di stato (LED): pronto all'uso			
Autotest periodico superato (verificare display o indicatore)			
Piastre (elettrodi): confezione integra, non scadute			
Batteria: livello di carica sufficiente, non scaduta			
Custodia / teca integra e pulita			
Registro degli interventi presente e aggiornato			

[illegible]

TD-SGI-MOD020_00 · Rev. 00 · Controllo DAE

Operatore – Firma e data	Responsabile – Firma e data