

TD-SGI-MOD021_00 · Rev. 00 · Controllo Carrello di Emergenza

IDENTIFICAZIONE DEL CARRELLO

Codice inventario	
Sede e posizione (piano, locale)	
Responsabile del controllo	

Frequenza: settimanale e dopo ogni utilizzo (rif. PRO009). Sigillo di integrità verificato a ogni controllo.

Elemento da verificare	OK	KO	Note / Scadenza / Lotto
Carrello presente nella posizione assegnata e accessibile			
Sigillo di integrità intatto (se presente)			
Aspiratore portatile funzionante e carico			
Pallone AMBU adulto con maschera: presente e integro			
Cannule orofaringee (Guedel) serie completa			
Set per accesso venoso periferico (aghi, deflussori, laccio)			
Soluzione fisiologica NaCl 0,9% (non scaduta, integra)			
Farmaci di emergenza presenti e non scaduti (adrenalina, atropina, diazepam, cortisonici)			
Siringhe monouso (varie misure) presenti			
Guanti monouso (S, M, L) presenti			
Saturimetro funzionante e con batteria carica			
Sfigmomanometro e fonendoscopio presenti e funzionanti			
Laccio emostatico presente			
Materiale per medicazione (garze sterili, cerotti, disinfettante)			
DAE (se integrato nel carrello): vedi MOD020			

Registro dei controlli

Data	Operatore	OK	KO	Firma	Anomalie e azioni

Operatore – Firma e data	Responsabile – Firma e data

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.