

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente modulo ha lo scopo di documentare le attività di manutenzione ordinaria eseguite sugli strumenti di laboratorio di Toscana Diagnostica, in conformità ai requisiti di gestione delle apparecchiature previsti dalla ISO 15189:2022 e dalla ISO 9001:2015.

Si applica a tutti gli strumenti analitici e pre-analitici utilizzati presso il Laboratorio di Analisi, incluse le apparecchiature ausiliarie (centrifughe, frigoriferi, congelatori, ecc.).

2. Riferimenti normativi

Norma	Descrizione
ISO 15189:2022	Laboratori medici - Requisiti di qualità e competenza (cl. 6.4)
ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti (cl. 7.1.3)
D.Lgs. 81/2008	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Manuale produttore	Istruzioni specifiche di manutenzione dello strumento

3. Responsabilità

Ruolo	Responsabilità
Operatore di Laboratorio	Esecuzione delle manutenzioni ordinarie e compilazione del registro
Responsabile Laboratorio	Supervisione e verifica della corretta esecuzione
RSGI	Verifica periodica della documentazione e conformità

4. Identificazione dello strumento

Sede	
Tipologia strumento	
Produttore e modello	
Numero di serie	

5. Tipologie di manutenzione

Le manutenzioni ordinarie si classificano in base alla frequenza di esecuzione. Ciascuna tipologia è identificata da una sigla come riportato nella tabella seguente.

Sigla	Tipologia	Descrizione attività
MG	Manutenzione giornaliera	
MS	Manutenzione settimanale	
MQ	Manutenzione quindicinale	

Compilare una riga per ciascuna manutenzione eseguita, indicando la data, la sigla della manutenzione (MG, MS, MQ, MM), il nome dell'operatore e apponendo la firma.

[illegible]

TD-SGI-MOD180_00 · Rev. 00 · Registro Manutenzione Ordinaria

Data	Sigla manutenzione	Nome e cognome operatore	Firma

7. Note e osservazioni

In caso di anomalie riscontrate durante la manutenzione ordinaria, l'operatore deve annotare il dettaglio dell'anomalia, sospendere l'utilizzo dello strumento se necessario e attivare la procedura di manutenzione straordinaria / gestione delle non conformità.

8. Storico revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto da	Approvato da
00	27/04/2026	Prima emissione in formato SGI	RSGI	Direzione