

1. Scopo e campo di applicazione

Il modulo registra le non conformità tecniche del Laboratorio (errori analitici, fuori controllo CIQ, esiti VEQ non soddisfacenti, malfunzionamenti, errori LIS, sversamenti biologici) e le CAPA conseguenti, in attuazione di TD-SGI-PRO082 e dei requisiti ISO 15189:2022 §8.5 e §8.7.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §8.5, §8.7	NC e azione correttiva
TD-SGI-PRO082_00	Gestione NC tecniche e CAPA
TD-SGI-PRO071_00	Gestione del rischio (input da NC ricorrenti)

4. Ruoli e responsabilità

Tutto il personale del Laboratorio compila la sezione 1 e 2 al momento dell'identificazione della NC.

Il RQL completa le sezioni 3-5 (RCA, CAPA, verifica).

Il Direttore di Laboratorio firma per NC di gravità 3-4.

5. Modalità operative

Sezione 1 - Identificazione

Campo	Valore
ID NC	(progressivo annuale)
Data rilevazione	
Operatore segnalante	
Branca / processo	
Tipologia	CIQ fuori controllo / Errore analitico / VEQ non soddisfacente / Malfunzionamento strumento / Errore LIS / Sversamento / Altro
Gravità	1 trascurabile / 2 lieve / 3 medio / 4 grave

Sezione 2 - Descrizione

Descrizione dettagliata dell'evento, contesto, eventuali campioni/pazienti impattati, azioni immediate intraprese.

Sezione 3 - RCA (Root Cause Analysis)

Tecnica utilizzata: 5 Why / Ishikawa / FMEA. Cause profonde identificate.

Sezione 4 - CAPA

Azione correttiva/preventiva	Owner	Scadenza	Stato
			Aperta / In corso / Chiusa

Sezione 5 - Verifica di efficacia (a 3 mesi)

Verifica condotta da: _____ Data: _____ Esito: Efficace / Non efficace (riapertura NC)

Sezione 6 - Firme

Firma RQL: _____ Data: _____

Firma Direttore di Laboratorio (NC gravità 3-4): _____ Data: _____

6. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Modulo di NC tecnica del Laboratorio conforme a ISO 15189:2022 §8.5 e §8.7. Articolato in 6 sezioni: identificazione, descrizione, RCA, CAPA, verifica efficacia, firme.	RSGI / Direttore Laboratorio