

## 1. Scopo e campo di applicazione

Il modulo costituisce il piano annuale di manutenzione e taratura degli strumenti di Laboratorio, in attuazione di TD-SGI-PRO049 (rev 01) e conformemente alla ISO 15189:2022 §6.4 e §6.5. Pianifica le attività programmate (manutenzione preventiva, taratura periodica, qualifica IQ/OQ/PQ) per ciascuno strumento.

## 2. Riferimenti normativi e documentali

| Norma / Documento                | Ambito                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| UNI EN ISO 15189:2022 §6.4, §6.5 | Apparecchiature e tracciabilità metrologica     |
| TD-SGI-PRO049_01                 | Apparecchiature e taratura strumentale (rev 01) |
| TD-SGI-PRO077_00                 | Tracciabilità metrologica e incertezza          |
| TD-SGI-MOD180_00                 | Registro manutenzione ordinaria                 |
| TD-SGI-REG015_00                 | Inventario apparecchiature Lab                  |

## 4. Ruoli e responsabilità

Il RQL pianifica annualmente le attività in collaborazione con il Responsabile Tecnico di branca e il fornitore di service tecnico.

Gli operatori di Laboratorio eseguono la manutenzione ordinaria.

Il fornitore di service esegue la manutenzione straordinaria e la taratura.

## 5. Modalità operative

### Sezione 1 - Calendario annuale per strumento

| Strumento (modello, matricola) | Attività                                               | Frequenza   | Ultima esecuzione | Prossima esecuzione | Esecutore       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                | Manutenzione ordinaria (giornaliera)                   | Ogni turno  |                   |                     | Tecnico Lab     |
|                                | Manutenzione settimanale                               | Settimanale |                   |                     | Tecnico Lab     |
|                                | Manutenzione mensile                                   | Mensile     |                   |                     | Tecnico Lab     |
|                                | Manutenzione preventiva (full)                         | Annuale     |                   |                     | Service esterno |
|                                | Taratura/calibrazione                                  | Semestrale  |                   |                     | Service esterno |
|                                | Qualifica IQ/OQ/PQ (post-installazione, post-modifica) | Su evento   |                   |                     | Service esterno |

### Sezione 2 - Tracciabilità documentale

Per ogni intervento il rapporto di manutenzione/taratura è archiviato nel Dossier Strumento con: data, tipologia di intervento, esito, eventuali sostituzioni, certificato di taratura (con riferimento al CRM). Aggiornamento di REG015 (Inventario apparecchiature) ad ogni evento.

TD-SGI-MOD191\_00 · Rev. 00 · Modulo Calendario Manutenzione E Taratura Strumenti Di Laboratorio

## 7. Allegati e documenti correlati

| Codice           | Tipo      | Titolo                          |
|------------------|-----------|---------------------------------|
| TD-SGI-PRO049_01 | Procedura | Apparecchiature (rev 01)        |
| TD-SGI-MOD180_00 | Modulo    | Registro manutenzione ordinaria |
| TD-SGI-REG015_00 | Registro  | Inventario apparecchiature Lab  |

## 7. Storico delle revisioni

| Rev. | Data       | Descrizione                                                                                                                                        | Autore                             |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 00   | 28/04/2026 | Prima emissione. Modulo calendario manutenzione e taratura strumenti Lab in attuazione di PRO049 (rev 01) e conforme a ISO 15189:2022 §6.4 e §6.5. | RSGL /<br>Direttore<br>Laboratorio |