

1. Scopo e modalità d'uso

Il presente Modulo si utilizza in tutti i casi in cui la registrazione non può avvenire attraverso il Sistema Digitale di Registrazione (Data Logger + Sonda). L'operatore verifica quotidianamente la temperatura minima e massima del termometro. Se le temperature sono nel range di accettabilità, l'operatore registra la temperatura minima e massima nel presente modulo. Se le temperature non sono all'interno del range, l'operatore deve registrare la temperatura minima e massima nel presente modulo, avvisare il proprio Responsabile e avviare le procedure per la rideterminazione dei range.

2. Range di accettabilità delle temperature

Riferimento per la verifica giornaliera. Ogni misurazione fuori range richiede registrazione, segnalazione al Responsabile e attivazione delle procedure di rideterminazione.

Apparecchiatura	MIN	MAX
Frigoriferi	+2 °C	+8 °C
Termostati	+27 °C	+33 °C
Termostati	+35 °C	+39 °C
Termostati	+39 °C	+45 °C
Termostati	+57 °C	+63 °C
Congelatori	-30 °C	-10 °C
Scomparto Congelatore di Frigoriferi con dotazione	-18 °C	-8 °C
Congelatori -80 °C	-85 °C	-75 °C

3. Verifica, segnalazione anomalie e archiviazione

A fine mese il modulo è verificato dal Responsabile di Laboratorio (firma su entrambi i mesi). Eventuali misurazioni fuori range devono risultare già segnalate e tracciate nel campo Note con indicazione dell'azione intrapresa (avviso al Responsabile, rideterminazione del range, manutenzione correttiva, smaltimento prodotto refrigerato compromesso, ecc.). Il modulo compilato è archiviato in formato cartaceo presso il Laboratorio per minimo 5 anni e affiancato dal record digitale del Data Logger non appena il Sistema Digitale è ripristinato.

4. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	14/05/2026	Prima emissione.	AD

Allegato: Registrazione mensile

Compilare le tabelle sottostanti registrando per ciascun giorno la temperatura misurata, la sigla dell'operatore e le eventuali note (es. fuori range, manutenzione, taratura).

Codice Strumento	
Tipologia / Ubicazione	

Mese:		Anno:	
Giorno	Temperatura misurata (°C)	Sigla Operatore	Note
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			