## [별표 12]

## 생물학적 안전에 관한 자료 제출범위(제26조제2항 관련)

표 1 접촉부위 및 시간에 따른 초기 평가시험자료

| 의료기기 분류           |                 |  | 생물학적 영향        |          |                            |                        |                                |                |          |                 |
|-------------------|-----------------|--|----------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| 신체 접촉의 특성         |                 | 접촉 지속기간  |                |          |                            |                        |                                |                |          |                 |
| 분류                | 접촉부위            | A- 제한적<br>(24시간 이하)<br>B- 연장<br>(24시간 초과<br>30일까지)<br>C- 영구적<br>(30일 초과) | 세포<br>독성<br>시험 | 감작<br>시험 | 자극<br>또는<br>피내<br>반응시<br>험 | 전신<br>독성<br>(급성)<br>시험 | 아만성<br>독성<br>(아급성<br>독성)<br>시험 | 유전<br>독성<br>시험 | 이식<br>시험 | 혈액<br>적합성<br>시험 |
| 표면접촉<br>의료기기      | 피부              | А  | 0              | 0        | 0                          |                        |                                |                |          |                 |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          |                        |                                |                |          |                 |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | 0                          |                        |                                |                |          |                 |
|                   | 점막              | Α  | 0              | 0        | 0                          |                        |                                |                |          |                 |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          | Δ                      | Δ                              |                | Δ        |                 |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | 0                          | Δ                      | 0                              | 0              | Δ        |                 |
|                   | 파열 또는 외<br>상 표면 | А  | 0              | 0        | 0                          | Δ                      |                                |                |          |                 |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          | Δ                      | Δ                              |                | Δ        |                 |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | 0                          | Δ                      | 0                              | 0              | Δ        |                 |
| 체내외<br>연결<br>의료기기 | 간접적 혈액<br>경로    | Α  | 0              | 0        | 0                          | 0                      |                                |                |          | 0               |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | Δ                              |                |          | 0               |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | Δ                          | 0                      | 0                              | 0              | Δ        | 0               |
|                   | 조직, 뼈 및<br>상아질  | Α  | 0              | 0        | 0                          | Δ                      |                                |                |          |                 |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        |                 |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        |                 |
|                   | 순환 혈액           | А  | 0              | 0        | 0                          | 0                      |                                | Δ              |          | 0               |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        | 0               |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        | 0               |
| 이식 의료<br>기기       | 조직, 뼈           | А  | 0              | 0        | 0                          | Δ                      |                                |                |          |                 |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        |                 |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        |                 |
|                   | 혈액              | А  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              |                | 0        | 0               |
|                   |                 | В  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        | 0               |
|                   |                 | С  | 0              | 0        | 0                          | 0                      | 0                              | 0              | 0        | 0               |

<sup>○ =</sup> ISO 규격에서 지정한 시험

<sup>△ =</sup> 지정된 시험 외에 추가로 적용될 수 있는 시험

<sup>※</sup> 개개 제품의 특성에 따른 자료의 세부 범위는 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」 에 따른다.

## 표 2 추가적 생물학적 평가시험자료

| 의료기기 분류               |                 |   |              | 생물학적 영향 |              |            |              |              |  |  |
|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 신체 접촉의 특성             |                 | 접촉 지속기간   |              |         |              |            |              |              |  |  |
| 분류                    | 접촉부위            | A- 제한적<br>(24시간 이하)<br>B- 연장<br>(24시간 초과 30일까지)<br>C- 영구적<br>(30일 초과) | 만성 독<br>성 시험 |         | 생식 독<br>성 시험 | 생분해<br>성시험 | 독성 동<br>태 시험 | 면역 독<br>성 시험 |  |  |
| 표면접촉 의<br>료기기         | 피부              | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       | 점막              | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   | $\triangle$  |         |              |            |              |              |  |  |
|                       | 파열 또는 외<br>상 표면 | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   | Δ            |         |              |            |              |              |  |  |
| 체내외<br>연결<br>의료기기     | 간접적 혈액경<br>로    | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   | 0            | 0       |              |            |              |              |  |  |
|                       | 조직, 뼈 및<br>상아질  | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   | 0            | 0       |              |            |              |              |  |  |
|                       | 순환 혈액           | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   | 0            | 0       |              |            |              |              |  |  |
| 이식 의료기<br>기           | 조직, 뼈           | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   | 0            | 0       |              |            |              |              |  |  |
|                       | 혈액              | А   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | В   |              |         |              |            |              |              |  |  |
|                       |                 | С   | 0            | 0       |              |            |              |              |  |  |
| ○ = ISO규 <sup>2</sup> | 격에서 지정한 시       | 험   |              |         |              |            |              |              |  |  |

<sup>△ =</sup> 지정된 시험 외에 추가로 적용될 수 있는 시험

<sup>※</sup> 개개 제품의 특성에 따른 자료의 세부 범위는 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규 격」에 따른다.